

**RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl  
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

**Sekcja Zamówień Publicznych**

26-610 Radom, ul. Lekarska 4  
tel. 48 361-52-83, 48 361-52-84, 48 361-54-21, fax. 48 361-52-13  
e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl

Znak sprawy: RSzS/SZP/P- 28/2016

Radom, dnia 22.09.2016r

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego**

**Zakup oraz dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego realizowany w ramach zadania „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej”.**

**Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209.000 Euro**

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:  
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2 Formularz oferty  
Załącznik nr 3-6 Specyfikacja techniczna  
Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawcy  
Załącznik nr 8 a-c - wykaz dostaw  
Załącznik nr 9 Wzór umowy

Sporządziła: Magda Dusińska



**PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA**

**KARTA UZGODNIENÍ**

do postępowania nr RSzS/SZP/P-28/2016

Zakup oraz dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego realizowany w ramach zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej”.

Sporządzający SIWZ:

Magda Dusińska

.....  
(podpis)

Uzgadniam pod względem wymaganego zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Andrzej Gajda

.....  
(Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa)

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych

Dorota Ciekąła

.....  
(Główny Księgowy)

Potwierdzam, że treść siwz jest zgodna pod względem formalno - prawnym

Jolanta Lesisz

.....  
(Radca Prawny)

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

Anna Skwarczyńska

.....  
(Przewodniczący Komisji Przetargowej)

Zatwierdzam przedłożone dokumenty i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowania

Marek Pacyna

.....  
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

**1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiającym jest: Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego  
 Adres: ul. Lekarska 4, 26-610 Radom  
 Tel: +48 48 361-52-83, 361-52-84  
 Fax: +48 48 361-52-13  
 E-mail: [zampubl@rszs.regiony.pl](mailto:zampubl@rszs.regiony.pl)  
 Adres strony internetowej: [przetargi.rszs.radom.regiony.pl](http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl)  
 NIP: 796-00-12-187  
 Nazwa banku i nr konta, na które Wykonawcy mogą wpłacać wadium: PEKAO SA I/O Radom 30 1240 1789 1111 0000 07770 652

**2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 Euro.

2.2. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

2.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.2.

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego realizowany w ramach zadania „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej”.

3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

3.3. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej SIWZ „przedmiotem zamówienia”.

3.4. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

Główny kod CPV: 33.10.00.00-1 urządzenia medyczne

Nazwa i numer części	Kod CPV
Część nr 1 - Zestaw laparoskopowy dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego - 1 szt.	33.19.00.00-8 różne urządzenia i produkty medyczne
Część nr 2 - Automat do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych dla potrzeb Zakładu Patomorfologii - 1 szt.	33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Część nr 3 - Chłodziarka do przechowywania krwi dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego - 1 szt.	39.71.11.30-9 - chłodziarki
Część nr 4 - Zestaw narzędzi do artroskopii barku, biodra, stawu skokowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego - 1 szt.	33.16.22.00-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych

3.5. Zamawiający ~~nie dopuszcza~~ **dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

3.6. Zamawiający ~~nie dopuszcza~~ **dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.

3.7. Zamawiający ~~nie przewiduje~~ **przewiduje** możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.

3.8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

3.9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.



#### **4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia: **6 tygodni od daty zawarcia umowy.**

#### **5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**5.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

**5.1.1)** nie podlegają wykluczeniu;

**5.1.2)** spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

**c) zdolności technicznej lub zawodowej.**

Dotyczy części nr 1 - Zestaw laparoskopowy dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego - 1 szt.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał dostawę zestawu laparoskopowego o wartości minimum 200.000,00 zł brutto.

Dotyczy części nr 2 - Automat do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych dla potrzeb Zakładu Patomorfologii - 1 szt.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał dostawę automatu do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych o wartości minimum 100.000,00 zł brutto.

Dotyczy części nr 3 - Chłodziarka do przechowywania krwi dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego - 1 szt.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał dostawę chłodziarki do przechowywania krwi o wartości minimum 12.000,00 zł brutto.

Dotyczy części nr 4 - Zestaw narzędzi do artroskopii barku, biodra, stawu skokowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego - 1 szt. - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

W przypadku gdy w wykazie dostaw przedstawionym przez wykonawcę rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca ( dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego ([http:// www.nbp.pl](http://www.nbp.pl)) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. 22.09.2016r.

**5.2.** Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.



**5.3.** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 5.1.2 niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli każdy z warunków określonych w pkt. 5.1.2 spełni co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

**5.4.** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1.2 lit. b i c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**5.5.** Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 5.4. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

**5.5.1)** Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

**5.5.2)** Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy pzp

**5.5.3)** W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

**5.6.** Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP:

**5.6.1.** w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);

**5.6.2.** który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

**5.6.3.** jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy PZP z:

- a) zamawiającym,
- b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
- c) członkami komisji przetargowej,
- d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP



chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

**5.6.4.** który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

**5.6.5.** będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

**5.6.6.** jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5 ustawy Pzp

**5.6.7.** wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

**5.6.8.** który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

**5.7.** Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## **6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.**

**6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:**

**6.1.1)** aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.

Informacje zawarte w złożonym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**6.1.2)** w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć wypełnioną specyfikację techniczną zgodnie z oferowaną częścią

**6.1.3)** pełnomocnictwo - w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie

**6.1.4)** dokument potwierdzający wniesienie wadium

**6.2.** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

**6.3.** Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.1. dotyczące podwykonawców.



**6.4.** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.1. dotyczące tych podmiotów.

**6.5.** Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

**6.5.1** Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

**6.5.2** Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy

**6.5.3** Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp:

a) Opisy lub fotografie produktów (do wyboru wykonawcy), które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

b) Aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

c) Wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu;

d) Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

**6.6.** Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

**6.6.1.** Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

**6.6.2.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.



**6.6.3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę zawierającą:

Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania umowy (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

**6.6.4.** Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie również wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.

**6.7.** Podwykonawcy

**6.7.1.** Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 11).

**6.8.** Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**6.9.** W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126).

**6.10.** Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## **7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

**7.1.** Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty, umowy oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej SIWZ Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej.

**7.2.** Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym że informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

**7.3.** Adres na jaki należy kierować wszelką korespondencję w sprawie postępowania to:

**Radomski Szpital Specjalistyczny  
Sekcja Zamówień Publicznych  
26-610 Radom ul. Lekarska 4  
Fax.: 48 361-52-13**





**zampubl@rszs.regiony.pl**

**7.4.** Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

P. Anna Skwarczyńska - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - tel. 48 361-52-83

## **8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

**8.1.** Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie Wadium.

**8.2.** Zamawiający określa wadium w wysokości:

Dla części nr 1 - 5.705,00 PLN ( słownie: pięć tysięcy siedemset pięć złotych zero groszy)

Dla części nr 2 - 2.498,00 PLN ( słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy)

Dla części nr 3 - 346,00 PLN ( słownie: trzysta czterdzieści sześć złotych zero groszy)

Dla części nr 4 - 579,00 PLN ( słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy)

**8.3.** Wadium musi być wniesione do dnia 30.09.2016 r. do godz. 11:00

**8.4** Wadium można wnieść w następujących formach, w:

**8.4.1** pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S. A. I o/Radom 30 1240 1789 1111 0000 0777 0652

**8.4.2** poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

**8.4.3** gwarancjach bankowych,

**8.4.4.** gwarancjach ubezpieczeniowych,

**8.4.5** poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240).

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „**Wadium - P-28/2016, część nr .....**”.

**8.5.** W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

**8.6.** W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w pkt. 8.4.2-8.4.5 wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty te muszą być ważne przez cały okres związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

**8.7.** Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone są w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 46 ustawy pzp.

## **9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

**9.1.** Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**9.2.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**9.3.** Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

**9.4.** Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek



wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

**10.1.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**10.2.** Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**10.3.** Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

**10.4.** Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych notarialnie.

**10.5.** Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

**10.6.** Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**10.7.** Wymaga się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny być datowane i parafowane przez Wykonawcę.

**10.8.** Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

**10.9.** W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, wymaga się aby były trwale, ale oddzielnie spięte. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 9). W sytuacji gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, są jawne na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych lub gdy wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone informacje.

**10.10.** Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

**10.11.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**10.12.** Oferta musi obejmować całość zamówienia dla poszczególnej części.

## **11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ**

**11.1** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej ([przetargi.rzs.radom.regiony.pl](http://przetargi.rzs.radom.regiony.pl)), pod warunkiem,



że pytanie wpłynie do Zamawiającego, nie później niż: do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

**11.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż:**

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

**11.3** Pytania należy kierować na adres: Radomski Szpital Specjalistyczny Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom ul. Lekarska 4 Fax.: 48 361-52-13 zampubl@rszs.regiony.pl

**11.4** W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**11.5** Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

**11.6** W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

**11.7** Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**11.8** Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: (przetargi.rszs.radom.regiony.pl).

**11.9** Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem o którym mowa w pkt. 11.1.

## **12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

**12.1.** Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

**12.2.** Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem pkt. 12.6 SIWZ.

**12.3.** Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

**12.4.** Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

**12.5.** Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710.).

**12.6.** Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (należy wskazać w formularzu oferty w pkt. 12)

**12.7.** Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych.

## **13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**



**13.1** Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 309 /Sekcja Zamówień Publicznych/, III piętro **w terminie do 30.09.2016r godz. 11:00**

**13.2** Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane „P- 28/2016 Oferta przetargowa na Zakup oraz dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego realizowany w ramach zadania „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej”, nie otwierać przed dniem 30.09.2016 r. godz. 11:30”

**13.3** Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

**13.4.**Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

**13.5.**Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

#### **14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

**14.1.** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/ IV piętro w dniu 30.09.2016r o godz. 11:30

**14.2.** Otwarcie ofert jest jawne.

**14.3.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**14.4.**Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**14.5.** Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie przetargi.rszs.radom.regiony.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

#### **15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW**

**15.1.** Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

**Dotyczy części nr 1:**

Lp.	Kryterium oceny ofert	Waga kryterium
1.	cena	60%
2.	Parametry techniczne	40%

**Dotyczy części nr 2:**



Lp.	Kryterium oceny ofert	Waga kryterium
1.	cena	60%
2.	Parametry techniczne	40%

Dotyczy części nr 3:

Lp.	Kryterium oceny ofert	Waga kryterium
1.	cena	60%
2.	Parametry techniczne	40%

Dotyczy części nr 4:

Lp.	Kryterium oceny ofert	Waga kryterium
1.	cena	60%
2.	okres gwarancji	40%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady:

a) OCENA OFERT W KRYTERIUM „CENA”:

dotyczy części nr 1,2,3,4:

$$\text{Wartość punktowa} = C_{\min} / C_{\text{of}} \times W \times 100$$

$C_{\min}$  - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

$C_{\text{of}}$  - cena brutto oferty badanej

$W$  - Waga ocenianego kryterium

UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł) podana w pkt. 1 formularza oferty z zastrzeżeniem pkt. 15.5. SIWZ.

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max. 60 punktów.

b) OCENA OFERT W KRYTERIUM „PARAMETRY TECHNICZNE”:

dotyczy części nr 1,2,3:

$$\text{Wartość punktowa} = P_z / P_{\max} \times W \times 100$$

$P_z$  - liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną

$P_{\max}$  - najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia

$W$  - Waga ocenianego kryterium

W zakresie kryterium „parametry techniczne” w części nr 1 oferta może uzyskać max. 25 punktów.

W zakresie kryterium „parametry techniczne” w części nr 2 oferta może uzyskać max. 20 punktów.

W zakresie kryterium „parametry techniczne” w części nr 3 oferta może uzyskać max. 40 punktów.

Szczegółowy opis parametrów ocenianych znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Ocena parametrów technicznych wraz z uzasadnieniem zostanie



dokonana w formie pisemnej przez członków komisji przetargowej. Podstawą sporządzonej oceny będzie treść oferty danego wykonawcy wskazująca parametry oferowanego sprzętu dokonana według zasad określonych w opisie przedmiotu zamówienia opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

UWAGA:

W przypadku gdy wykonawca w specyfikacji technicznej nie poda bądź nie określi precyzyjnie parametru oferowanego podlegającego ocenie przez Zamawiającego w ramach kryterium oceny oferty „ parametry techniczne” zamawiający do oceny oferty przyjmie najniższy parametr możliwy do zaoferowania i przyzna 0 pkt.

**c) OCENA OFERT W KRYTERIUM „OKRES GWARANCJI” - dotyczy części nr 4:**

**Wartość punktowa=  $Pz / Pmax \times W \times 100$**

Pz- liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną

Pmax- najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia

W- Waga ocenianego kryterium

Zamawiający ustala, iż minimalny okres gwarancji, jaki może zaoferować wykonawca wynosi 24 miesiące , a maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy i przyzna punktację w następujący sposób:

- za zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji od 24 miesięcy do 30 miesięcy Zamawiający przyzna 0 pkt. ,
- za zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji od 31 miesięcy do 36 miesięcy Zamawiający przyzna 5 pkt.
- za zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji od 37 miesięcy do 48 miesięcy Zamawiający przyzna 10 pkt.

Do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” będzie brana pod uwagę wartość podana w pkt. 4 formularza oferty.

W zakresie kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać max. 10 punktów.

UWAGA (dotyczy wszystkich części):

W przypadku gdy wykonawca nie wypełni oferowanego okresu gwarancji w formularzu oferty lub okres gwarancji podany przez wykonawcę w formularzu oferty a wynikający z treści oferty będzie rozbieżny, zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 24 m-cy.

**15.3.** Obliczenie będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**15.4.** Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

**15.5.** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

**15.6.** Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

## **16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**



PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

**16.1.** Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

**16.2.** W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty). Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

**16.3.** Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

**16.4.** Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.

### **17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

**17.1.** Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**17.2.** Wszelkie postanowienia umowy wraz z dopuszczalnymi zmianami umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

### **18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

#### **Odwołanie**

**18.1** Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

**18.2** Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust. 2 Prawo zamówień Publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego;
- 4) opisu przedmiotu zamówienia;
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

**18.3.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

**18.4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

**18.5** Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed



upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**18.6.** Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. ustawy Pzp

**18.7.** W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

**18.8.** Na czynności, o których mowa w pkt. 18.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2. ustawy pzp

**18.9.** Odwołanie wnosi się :

- w terminie **5 dni** od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

**18.10.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- **5 dni** od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

**18.11.** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.9 i 18.10 wnosi się:

- W terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

**18.12.** W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

**18.13.** W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

#### **Skarga do sądu**

**18.14.** Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

**18.15.** Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

**18.16.** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

### **19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**19.1.** Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

**19.2.** Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

**19.3.** Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**19.4.** W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

**19.5.** Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować





lub utrwaląc za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

**19.6.** Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

**19.7.** Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

**19.8.** W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.



## Załącznik nr 1 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego realizowany w ramach zadania „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej”.

## Część nr 1 - Zestaw laparoskopowy dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego - 1 szt.

	Parametr wymagany	Wartość wymagana / Punktacja
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016	TAK
2.	Zestaw laparoskopowy na wózku medycznym, umożliwiającym jego mobilność z niezbędnym zestawem gniazd zasilających elektrycznych i szufladą na akcesoria.	TAK opisać
3.	Moduł wizyjny (procesor obrazu), kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła, współpracujący z: - wideolaparoskopami, głowicami kamer SD (1CCD), HDTV (1CCD, 3CCD), - wideoendoskopami SD i HDTV w tym wideocystoskopem HDTV, wideoureterorenoskopem, wideolaryngoskopem HDTV	TAK opisać
4.	Czytnik USB wbudowany w moduł wizyjny ( zdjęcia + filmy), umożliwiający archiwizację obrazu na zewnętrzne nośniki pamięci. ( pendrive min. 32 GB szt.2 na wyposażeniu).	TAK opisać
5.	Instrumentarium optyczne autoklawowalne z osprzętem:	TAK - wideolaparoskop HD II 16:9, 10 mm, 30°, o długości min. 310 mm . <b>szt.2</b> <b>- 0 pkt.</b>  - optyka laparoskopowa 30° <b>szt.2</b> , światłowód o długości min. 250 cm <b>szt.2</b> , moduł kamery (głowica) HD, podłączana z optyką typu okular (zoom optyczny i ostrość regulowana przyciskami w głowicy). Uchwyt mocowania kamery do wózka. <b>- 5 pkt.</b>
6.	Obrazowanie w wąskim paśmie światła w postaci żarówki ksenonowej lub modułu LED. W przypadku żarówki ksenonowej gwarantowany czas pracy nie mniej niż 500 godzin.	TAK opisać
7.	Zestaw dwóch monitorów medycznych FULL HD o przekątnej minimum 26 cali z wysięgnikami.	TAK Opisać, 1x26 cali i 1x≥32 cale - 5 pkt. 2x≥32 cale - 10 pkt.
8.	Insuflator CO2 z funkcją oddymiania z regulacją intensywności, wraz z oprzyrządowaniem: - przewód wysokociśnieniowy o długości minimum 100 cm. - zestaw wielorazowych (autoklawowalnych) drenów do insuflacji i	TAK opisać



	oddymiania, - filtr CO2 - uchwyt na butlę CO2 do wózka,	
9.	Pompa ssąco-płuczająca rolkowa z czujnikiem ciśnienia wraz z oprzyrządowaniem: - zestaw niezbędnych wielorazowych (autoklawowalnych) drenów, - pojemnik (słój) do odsysania wraz z pokrywą (ilość i pojemność przewidziana dla poprawnej pracy pompy) oraz mocowaniem do konstrukcji wózka. - igła do pojemnika dł > 20 cm sterylizowana.	TAK opisać
10.	Diatermia chirurgiczna pracująca w trybach mono i bipolarnych, Na wyposażeniu: dwa sterowniki nożne, komplet okablowania i 2 elektrody bierne wielorazowego użytku.	TAK opisać
11.	Wszystkie elementy zestawu w pełni współpracujące ze sobą. Możliwość zarządzania (kontroli) ich pracą z centralnego systemu sterowania (jeżeli dotyczy).	TAK opisać
12.	Zasilanie sieciowe zestawu: 230V ± 10% 50/60 Hz	TAK
Inne wymagania		
13.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK
14.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 miesięcy	TAK Od 24 m-cy do 30 m-cy - 0 pkt. Od 31 m-cy do 36-m-cy - 10 pkt.
15.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	TAK
16.	Bezpłatne 2 szkolenia w uzgodnionym terminie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK
17.	Deklaracje zgodności i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.	TAK
18.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 8 lat	TAK
19.	W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej.	TAK
20.	Reakcja serwisu na uszkodzenie nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze	TAK
21.	Czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni roboczych	TAK
22.	Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych aparat zastępczy.	TAK
23.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK

**Część nr 2 - Automat do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych dla potrzeb Zakładu Patomorfologii - 1 szt.**

Lp.	Parametr/Warunek/Wartość Graniczna	Parametr wymagany
1.	W pełni programowalny aparat do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych	Tak Podać



2.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2016	Tak Podać
3.	Powłoka urządzenia odporna na zadrapania i środki chemiczne	Tak Podać
4.	Ilość stacji na odczynniki minimum 26	Tak Podać
5.	Ilość stacji załadowniczych minimum 1	Tak Podać
6.	Ilość stacji rozładowniczych minimum 1	Tak Podać
7.	Ilość stacji płuczących minimum 5	Tak Podać
8.	Wydajność obróbki próbek jednorazowo, nie mniej niż 200	Tak Podać
9.	System oszczędności wody bieżącej	Tak Podać
10.	Stacja grzewcza do odparafinowania preparatów minimum 1	Tak Podać
11.	Zbiornik odpływowy zbierający resztki wody z naczyń płuczących i odprowadzający je do spustu.	Tak Podać
12.	Możliwość zaprogramowania minimum 15 programów	Tak Podać
13.	Możliwość uruchomienia minimum 2 różnych programów jednocześnie	Tak Podać
14.	Dźwiękowa informacja o błędach jak i o zakończeniu procesu barwienia z możliwością konfiguracji do indywidualnych preferencji użytkownika	Tak Podać
15.	Urządzenie posiadające funkcję agitacji.	Tak Podać
16.	Urządzenie ze względów ekonomicznych, powinno posiadać pojemniki na odczynniki o pojemności minimum 300 ml i nie większej niż 450 ml z pokrywkami.	Tak, Podać 300 ml - 370 ml - 10 pkt. 371 ml - 499 ml - 5 pkt. 450 ml - 0 pkt.
17.	Sterowanie urządzeniem dotykowo (panel sterujący, monitor dotykowy itp.)	Tak Podać
18.	Wbudowany port na transmisję danych na inne urządzenie.	Tak Podać
19.	Urządzenie wyposażone w aktywny filtr węglowy do filtrowania oparów z urządzenia.	Tak Podać
20.	Urządzenie zabezpieczone przed krótkotrwałym zanikiem zasilania elektrycznego podczas pracy.	Tak Podać
21.	Urządzenie wyposażone w komplet elementów przyłączeniowych zewnętrznych umożliwiających podłączenie mediów.	Tak Podać
22.	Zasilanie elektryczne urządzenia 230 V +/- 10 % 50Hz.	Tak Podać
23.	Certyfikaty zgodności i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	Tak
24.	Oprogramowanie urządzenia w języku polskim	Tak
25.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej	Tak
26.	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego	Tak



27.	Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące.	TAK Od 24 m-cy do 30 m-cy - 0 pkt. Od 31 m-cy do 36-m-cy - 10 pkt.
28.	W ramach gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe urządzenia nie rzadziej niż 1 raz w roku wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej ( jeżeli dotyczy)	Tak Podać
29.	Reakcja serwisu na uszkodzenie nie dłużej niż 24 godziny w dni robocze	Tak Podać
30.	Czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni roboczych	Tak Podać
31.	Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych aparat zastępczy.	Tak Podać

**Część nr 3 - Chłodziarka do przechowywania krwi dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego - 1 szt.**

Parametr wymagany		Wartość wymagana / Punktacja
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016	TAK
2.	Chłodziarka do przechowywania krwi (witryna chłodnicza) ze wstępna walidacją producenta.	TAK Opisać
3.	Temperatura utrzymywana na stałym, optymalnym dla krwi poziomie + 4°C ± 2 °C	TAK Opisać
4.	Wbudowany graficzny rejestrator temperatury sprzężony z układem alarmowym.	TAK Opisać
5.	Pojemność urządzenia w przedziale od 250l do 350l.	TAK Opisać
6.	Drzwi zewnętrzne z możliwością podglądu wnętrza	TAK Opisać
7.	Sterownik mikroprocesorowy z elektronicznym wyświetlaczem.	TAK Opisać
8.	Wymagany alarm akustyczny i wizualny o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze wnętrza urządzenia, zaniku napięcia, otwarcia drzwi.	TAK Opisać
9.	Wymagana ilość szuflad: 5 szt. wysuwanych szuflad ze stali nierdzewnej, przystosowane do przechowywania worków z krwią w pozycji pionowej	TAK Opisać
10.	Automatyczne odszranianie nie powodujące wahań temperatury w komorze.	TAK Opisać
11.	Wymuszony obieg powietrza.	TAK Opisać
12.	Oświetlenie wnętrza.	TAK Opisać
13.	Wnętrze chłodziarki wykonane ze stali nierdzewnej	TAK Opisać
14.	Zasilanie sieciowe aparatu: 230V ± 10% 50/60 Hz	TAK



Inne wymagania		
15.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK
16.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 miesięcy	TAK Od 24 m-cy do 30 m-cy - 0 pkt. Od 31 m-cy do 36-m-cy - 10 pkt.
17.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	TAK
18.	Bezpłatne szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK
19.	Deklaracje zgodności.	TAK
20.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 8 lat	TAK
21.	W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej.	TAK
22.	Reakcja serwisu na uszkodzenie nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze	TAK
23.	Czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni roboczych	TAK
24.	Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych aparat zastępczy.	TAK
25.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK

**Parametry techniczne , które będą oceniane w kryterium oceny ofert:**

1.	Dodatkowe drzwi wewnętrzne minimalizujące straty ciepła	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
2.	Chłodziarka wyposażona w rejestrator temperatury z powiadomieniem na telefon komórkowy ( do 5 numerów) o stanach alarmowych	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
3.	Chłodziarka wyposażona w port dostępu na opcjonalne czujniki temperatury	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.

**Część nr 4 - Zestaw narzędzi do artroskopii barku, biodra, stawu skokowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego - 1 szt.**

Parametr wymagany		Wartość wymagana / Punkcja
1.	Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2016	TAK
2.	Narzędzia w pełni współpracujące z zestawem artroskopowym HD firmy STRYKER z 2015 roku	TAK Opisać
3.	Oferowany przedmiot zamówienia ma być trwale oznakowany nazwą producenta.	TAK Opisać
Przedmiot dostawy		



4.	Optyka artroskopowa, wysokiej rozdzielczości szt.1: - Średnica 4 mm, - kąt 30°, - długość robocza 140 mm, - zatrzaskowy system mocowania optyki.	TAK Opisać
5.	Płaszcz artroskopowy o średnicy 5,8 mm, z dwoma zaworami obrotowymi w zestawie z obturatorem szt.2 (zatrzaskowy system mocowania optyki)	TAK Opisać
6.	Pręt Wissingera o średnicy 5 mm szt.1	TAK Opisać
7.	Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku i stożka rotatorów. Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzacz / podajniku, zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w nić o grubości nr 2, średnica zewnętrzna gwintu 3mm, oraz śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzacz, zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w dwie nici o grubości nr 2; nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5mm i 6,5mm. (rozmiar wg. potrzeb Zamawiającego) Szt.10	TAK Opisać
8.	Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z poliestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką zabezpieczającą przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła. Szt.5	TAK Opisać
9.	Wiertło wielorazowe i celownik prosty dedykowany do kotwicy 2,3mm szt.1	TAK
10.	Kotwica niciowa do zaopatrywania niestabilności, wykonana z poliestru, średnica 1,4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 FORCE FIBER® stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką zabezpieczającą przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 3,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-1,0mm. Szt.10	TAK Opisać
11.	Wiertło wielorazowe i celownik prosty dedykowany do kotwicy 1,4 mm szt.1	TAK
	Inne wymagania	
12.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia narzędzi o w/w parametrach do miejsca dostawy i przekazania użytkownikowi.	TAK
13.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 miesięcy	TAK Od 24 m-cy do 30 m-cy - 0 pkt. Od 31 m-cy do 36 m-cy - 5 pkt. Od 37 m-cy do 48 m-cy - 10 pkt.
14.	Bezpłatne szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu , szkolenie w formie „live surgery” po 8 godzin dla 4 osób	TAK



15.	W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, nie rzadziej niż 1 raz w roku wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej ( jeżeli dotyczy)	TAK Opisać
16.	Reakcja serwisu na uszkodzenie nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze	TAK
17.	Czas naprawy- wymiany nie dłuższy niż 7 dni roboczych.	TAK
18.	Na czas naprawy-wymiany powyżej 7 dni roboczych narzędzie zastępcze.	TAK
19.	Dostarczone narzędzia winny posiadać możliwość sterylizacji zgodnie z obowiązującymi normami.	TAK
20.	Instrukcje w języku polskim zawierające zasady postępowania z narzędziami przed pierwszym użyciem, zasady mycia, konserwacji, dezynfekcji i sterylizacji (wymagane przy dostawie)	TAK





Załącznik nr 2 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

Adres\* .....

Tel.\*: .....

Adres poczty elektronicznej\* .....

Regon\* .....

NIP \* .....

Nr fax.\*, na który Zamawiający może przysyłać korespondencję: .....

(\* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy - Pełnomocnika)

Radomski Szpital Specjalistyczny  
ul. Lekarska 4  
26 - 610 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro Zakup oraz dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego realizowany w ramach zadania „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

1.1. Dla części nr 1 - Zestaw laparoskopowy dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego - 1 szt. za cenę: .....,  
zł brutto, (słownie: .....,),  
w tym podatek VAT ..... %,

1.2. Dla części nr 2 - Automat do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych dla potrzeb Zakładu Patomorfologii - 1 szt. za cenę: .....,  
zł brutto,  
(słownie: .....,),  
w tym podatek VAT ..... %,

1.3. Dla części nr 3 - Chłodziarka do przechowywania krwi dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego - 1 szt. za cenę: .....,  
zł brutto,  
(słownie: .....,),  
w tym podatek VAT ..... %,

1.4. Dla części nr 4 - Zestaw narzędzi do artroskopii barku, biodra, stawu skokowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego - 1 szt. za cenę: .....,  
zł brutto,  
(słownie: .....,),  
w tym podatek VAT ..... %,



PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku nie później niż do dnia 22.12.2016r.
4. Oferowany okres gwarancji - ..... m-cy.
5. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia: **6 tygodni od daty zawarcia umowy.**
6. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Wadium zostało wniesione w formie \_\_\_\_\_. Zwrotu wadium należy dokonać na konto \_\_\_\_\_ (jeżeli dotyczy).
8. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.
9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od ..... do ..... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /jeżeli dotyczy/.
10. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

**11. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie\*/ przy udziale podwykonawców\***

l.p.	Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców
1	
..	
....	
.....	

12. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie / nie będzie \* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania....., oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.....

*Uwaga: Brak skreśleń w pkt. 12 oznacza, że wybór oferty wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

13. Oświadczam, że jest małym\* / średnim\* przedsiębiorcą (\*niepotrzebne skreślić)

14. Oferta niniejsza zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron.

15. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:



1. .... tel. .... e-mail .....
2. .... tel. .... e-mail .....

**16. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).**

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*\* niepotrzebne skreślić*



## Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

.....  
.....

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Część nr 1 - Zestaw laparoskopowy dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego - 1 szt.

Producent:		podać	
Nazwa / typ:		podać	
<b>Parametr wymagany</b>		<b>Wartość wymagana / Punktacja</b>	<b>Parametr oferowany</b>
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016	TAK	
2.	Zestaw laparoskopowy na wózku medycznym, umożliwiającym jego mobilność z niezbędnym zestawem gniazd zasilających elektrycznych i szufladą na akcesoria.	TAK opisać	
3.	Moduł wizyjny (procesor obrazu), kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła, współpracujący z: - wideolaparoskopami, głowicami kamer SD (1CCD), HDTV (1CCD. 3CCD), - wideoendoskopami SD i HDTV w tym wideocystoskopem HDTV, wideoureterorenoskopem, wideolaryngoskopem HDTV	TAK opisać	
4.	Czytnik USB wbudowany w moduł wizyjny (zdjęcia + filmy), umożliwiający archiwizację obrazu na zewnętrzne nośniki pamięci. ( pendrive min. 32 GB szt.2 na wyposażeniu).	TAK opisać	
5.	Instrumentarium optyczne autoklawowalne z osprzętem:	TAK - wideolaparoskop HD II 16:9, 10 mm, 30°, o długości min. 310 mm . <b>szt.2</b> - 0 pkt.  - optyka laparoskopowa 30° <b>szt.2</b> , światłowód o długości min. 250 cm <b>szt.2</b> , moduł kamery (głowica) HD, podłączana z	



		<p>optyką typu okular (zoom optyczny i ostrość regulowana przyciskami w głowicy). Uchwyt mocowania kamery do wózka. - 5 pkt.</p>	
6.	<p>Obrazowanie w wąskim paśmie światła w postaci żarówki ksenonowej lub modułu LED. W przypadku żarówki ksenonowej gwarantowany czas pracy nie mniej niż 500 godzin.</p>	TAK opisać	
7.	<p>Zestaw dwóch monitorów medycznych FULL HD o przekątnej minimum 26 cali z wysięgnikami.</p>	<p>TAK Opisać 1x26 cali i 1x≥32 cale - 5 pkt. 2x≥32 cale - 10 pkt.</p>	
8.	<p>Insuflator CO2 z funkcją oddymiania z regulacją intensywności, wraz z oprzyrządowaniem: - przewód wysokociśnieniowy o długości minimum 100 cm. - zestaw wielorazowych (autoklawowalnych) drenów do insuflacji i oddymiania, - filtr CO2 - uchwyt na butlę CO2 do wózka,</p>	TAK opisać	
9.	<p>Pompa ssąco-płucząca rolkowa z czujnikiem ciśnienia wraz z oprzyrządowaniem: - zestaw niezbędnych wielorazowych (autoklawowalnych) drenów, - pojemnik (słój) do odsysania wraz z pokrywą (ilość i pojemność przewidziana dla poprawnej pracy pompy) oraz mocowaniem do konstrukcji wózka. - igła do pojemnika dł &gt; 20 cm sterylizowana.</p>	TAK opisać	
10.	<p>Diatermia chirurgiczna pracująca w trybach mono i bipolarnych, Na wyposażeniu: dwa sterowniki nożne, komplet okablowania i 2 elektrody bierne wielorazowego użytku.</p>	TAK opisać	
11.	<p>Wszystkie elementy zestawu w pełni współpracujące ze sobą. Możliwość zarządzania (kontroli) ich pracą z</p>	TAK opisać	



	centralnego systemu sterowania (jeżeli dotyczy).		
12.	Zasilanie sieciowe zestawu: 230V ± 10% 50/60 Hz	TAK	
<b>INNE WYMAGANIA</b>			
13.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK	
14.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 miesięcy	TAK Od 24 m-cy do 30 m-cy - 0 pkt. Od 31 m-cy do 36-m-cy - 10 pkt.	
15.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	TAK	
16.	Bezpłatne 2 szkolenia w uzgodnionym terminie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK	
17.	Deklaracje zgodności i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.	TAK	
18.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 8 lat	TAK	
19.	W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej.	TAK	
20.	Reakcja serwisu na uszkodzenie nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze	TAK	
21.	Czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni roboczych	TAK	
22.	Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych aparat zastępczy.	TAK	
23.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK	

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)



PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

## Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

.....  
.....

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 2 - Automat do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych dla potrzeb Zakładu Patomorfologii - 1 szt.

Producent:		podać	
Nazwa / typ:		podać	
<b>Parametr wymagany</b>		<b>Wartość wymagana / Punktacja</b>	<b>Parametr oferowany</b>
1.	W pełni programowalny aparat do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych	Tak Podać	
2.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2016	Tak Podać	
3.	Powłoka urządzenia odporna na zadrapania i środki chemiczne	Tak Podać	
4.	Ilość stacji na odczynniki minimum 26	Tak Podać	
5.	Ilość stacji załadowniczych minimum 1	Tak Podać	
6.	Ilość stacji rozładowniczych minimum 1	Tak Podać	
7.	Ilość stacji płuczących minimum 5	Tak Podać	
8.	Wydajność obróbki próbek jednorazowo, nie mniej niż 200	Tak Podać	
9.	System oszczędności wody bieżącej	Tak Podać	
10.	Stacja grzewcza do odparafinowania preparatów minimum 1	Tak Podać	
11.	Zbiornik odpływowy zbierający resztki wody z naczyń płuczących i odprowadzający je do spustu.	Tak Podać	
12.	Możliwość zaprogramowania minimum 15 programów	Tak Podać	
13.	Możliwość uruchomienia minimum 2 różnych programów jednocześnie	Tak Podać	
14.	Dźwiękowa informacja o błędach jak i o zakończeniu procesu barwienia z możliwością konfiguracji do indywidualnych preferencji użytkownika	Tak Podać	
15.	Urządzenie posiadające funkcję agitacji.	Tak Podać	
16.	Urządzenie ze względów ekonomicznych, powinno posiadać pojemniki na odczynniki o pojemności minimum 300ml i nie większej niż 450 ml z pokrywkami.	Tak, Podać 300ml -370ml - 10 pkt. 371ml-499ml	



		- 5 pkt. 450ml - 0 pkt.	
17.	Sterowanie urządzeniem dotykowo (panel sterujący, monitor dotykowy itp.)	Tak Podać	
18.	Wbudowany port na transmisję danych na inne urządzenie.	Tak Podać	
19.	Urządzenie wyposażone w aktywny filtr węglowy do filtrowania oparów z urządzenia.	Tak Podać	
20.	Urządzenie zabezpieczone przed krótkotrwałym zanikiem zasilania elektrycznego podczas pracy.	Tak Podać	
21.	Urządzenie wyposażone w komplet elementów przyłączeniowych zewnętrznych umożliwiających podłączenie mediów.	Tak Podać	
22.	Zasilanie elektryczne urządzenia 230 V +/- 10 % 50Hz.	Tak Podać	
23.	Certyfikaty zgodności i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	Tak	
24.	Oprogramowanie urządzenia w języku polskim	Tak	
25.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej	Tak	
26.	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego	Tak	
27.	Gwarancja nie mniej niż 24 miesięcy.	TAK Od 24 m-cy do 30 m-cy - 0 pkt. Od 31 m-cy do 36- m-cy - 10 pkt.	
28.	W ramach gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe urządzenia nie rzadziej niż 1 raz w roku wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej ( jeżeli dotyczy)	Tak Podać	
29.	Reakcja serwisu na uszkodzenie nie dłużej niż 24 godziny w dni robocze	Tak Podać	
30.	Czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni roboczych	Tak Podać	
31.	Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych aparat zastępczy.	Tak Podać	

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)



PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA



Wykonawca:

.....  
 .....

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**Część nr 3 - Chłodziarka do przechowywania krwi dla potrzeb Centralnego Medycznego  
 Laboratorium Diagnostycznego - 1 szt.**

Producent:		podać	
Nazwa / typ:		podać	
<b>Parametr wymagany</b>		<b>Wartość wymagana / Punktacja</b>	<b>Parametr oferowany</b>
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016	TAK	
2.	Chłodziarka do przechowywania krwi (witryna chłodnicza) ze wstępną walidacją producenta.	TAK Opisać	
3.	Temperatura utrzymywana na stałym, optymalnym dla krwi poziomie $+ 4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$	TAK Opisać	
4.	Wbudowany graficzny rejestrator temperatury sprzężony z układem alarmowym.	TAK Opisać	
5.	Pojemność urządzenia w przedziale od 250l do 350l.	TAK Opisać	
6.	Drzwi zewnętrzne z możliwością podglądu wnętrza	TAK Opisać	
7.	Sterownik mikroprocesorowy z elektronicznym wyświetlaczem.	TAK Opisać	
8.	Wymagany alarm akustyczny i wizualny o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze wnętrza urządzenia, zaniku napięcia, otwarcia drzwi.	TAK Opisać	
9.	Wymagana ilość szuflad: 5 szt. wysuwanych szuflad ze stali nierdzewnej, przystosowane do przechowywania worków z krwią w pozycji pionowej	TAK Opisać	
10.	Automatyczne odszranianie nie powodujące wahań temperatury w komorze.	TAK Opisać	
11.	Wymuszony obieg powietrza.	TAK Opisać	
12.	Oświetlenie wnętrza.	TAK Opisać	
13.	Wnętrze chłodziarki wykonane ze stali nierdzewnej	TAK Opisać	



14.	Zasilanie sieciowe aparatu: 230V ± 10% 50/60 Hz	TAK	
<b>INNE WYMAGANIA</b>			
15.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK	
16.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 miesięcy	TAK Od 24 m-cy do 30 m-cy - 0 pkt. Od 31 m-cy do 36-m-cy - 10 pkt.	
17.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	TAK	
18.	Bezpłatne szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK	
19.	Deklaracje zgodności.	TAK	
20.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 8 lat	TAK	
21.	W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej.	TAK	
22.	Reakcja serwisu na uszkodzenie nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze	TAK	
23.	Czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni roboczych	TAK	
24.	Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych aparat zastępczy.	TAK	
25.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK	

**Parametry techniczne , które będą oceniane w kryterium oceny ofert:**

Lp.	Parametr oceniany	Sposób oceny	Parametr oferowany ( należy wskazać TAK lub NIE)
1.	Dodatkowe drzwi wewnętrzne minimalizujące straty ciepła	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
2	Chłodziarka wyposażona w rejestrator temperatury z powiadomieniem na telefon komórkowy ( do 5 numerów) o stanach alarmowych	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	



3.	Chłodziarka wyposażona w port dostępu na opcjonalne czujniki temperatury	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
----	--	-------------------------------	--

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)



## Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca:

.....  
.....

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 4 - Zestaw narzędzi do artroskopii barku, biodra, stawu skokowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego - 1 szt.

Producent:		podać	
Nazwa / typ:		podać	
<b>Parametr wymagany</b>		<b>Wartość wymagana / Punktacja</b>	<b>Parametr oferowany</b>
1.	Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2016	TAK	
2.	Narzędzia w pełni współpracujące z zestawem artroskopowym HD firmy STRYKER z 2015 roku	TAK Opisać	
3.	Oferowany przedmiot zamówienia ma być trwale oznakowany nazwą producenta.	TAK Opisać	
Przedmiot dostawy			
4.	Optyka artroskopowa, wysokiej rozdzielczości szt.1: - Średnica 4 mm, - kąt 30°, - długość robocza 140 mm, - zatrzaskowy system mocowania optyki.	TAK Opisać	
5.	Płaszcz artroskopowy o średnicy 5,8 mm, z dwoma zaworami obrotowymi w zestawie z obturatorem szt.2 (zatrzaskowy system mocowania optyki)	TAK Opisać	
6.	Pręt Wissingera o średnicy 5 mm szt.1	TAK Opisać	
7.	Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku i stożka rotatorów. Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzacz / podajniku, zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w nić o grubości nr 2, średnica zewnętrzna gwintu 3mm, oraz śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzacz, zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w dwie nici o grubości nr 2; nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5mm i 6,5mm. (rozmiar wg. potrzeb Zamawiającego) Szt.10	TAK Opisać	



8.	Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z poliestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką zabezpieczającą przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła. Szt.5	TAK Opisać	
9.	Wiertło wielorazowe i celownik prosty dedykowany do kotwicy 2,3mm szt.1	TAK	
10.	Kotwica niciowa do zaopatrywania niestabilności, wykonana z poliestru, średnica 1,4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 FORCE FIBER® stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką zabezpieczającą przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 3,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-1,0mm. Szt.10	TAK Opisać	
11.	Wiertło wielorazowe i celownik prosty dedykowany do kotwicy 1,4 mm szt.1	TAK	
	Inne wymagania		
12.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia narzędzi o w/w parametrach do miejsca dostawy i przekazania użytkownikowi.	TAK	
13.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 miesiące	TAK Od 24 m-cy do 30 m-cy - 0 pkt. Od 31 m-cy do 36 m-cy - 5 pkt. Pd 37 m-cy do 48 m-cy - 10 pkt.	
14.	Bezpłatne szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu, szkolenie w formie „live surgery” po 8 godzin dla 4 osób	TAK	
15.	W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, nie rzadziej niż 1 raz w roku wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy)	TAK Opisać	
16.	Reakcja serwisu na uszkodzenie nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze	TAK	



17.	Czas naprawy- wymiany nie dłuższy niż 7 dni roboczych.	TAK	
18.	Na czas naprawy-wymiany powyżej 7 dni roboczych narzędzie zastępcze.	TAK	
19.	Dostarczone narzędzia winny posiadać możliwość sterylizacji zgodnie z obowiązującymi normami.	TAK	
20.	Instrukcje w języku polskim zawierające zasady postępowania z narzędziami przed pierwszym użyciem, zasady mycia, konserwacji, dezynfekcji i sterylizacji (wymagane przy dostawie)	TAK	

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)



Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykonawca:

.....  
.....**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup oraz dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego realizowany w ramach zadania „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej”, prowadzonego przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego, oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ....., w następującym zakresie: ..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)



PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

Wykonawca:

.....  
 .....

### Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup oraz dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego realizowany w ramach zadania „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej”, prowadzonego przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego oświadczam, co następuje:

#### **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
 (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
 .....  
 .....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
 (podpis)

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
 (podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]



PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA



**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)



## Załącznik nr 8 a do SIWZ

Wykonawca:

.....  
 .....

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,  
 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich  
 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów , na rzecz których dostawy zostały  
 wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane  
 należycie

Część nr 1 - Zestaw laparoskopowy dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego - 1 szt.

Ja niżej podpisany

.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy/adres wykonawcy)

.....

Oświadczam, iż:

- W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  
 działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy dostawę zestawu laparoskopowego  
 o wartości minimum 200.000,00 zł:

LP.	PODMIOT NA RZECZ KTÓREGO DOSTAWA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA (NAZWA I ADRES )	WARTOŚĆ DOSTAWY	PRZEDMIOT DOSTAWY	DATA WYKONANIA ( DZIEŃ- MIESIĄC-ROK)
A	B	C	D	E
1				
2				
3				

W celu potwierdzenia, że dostawy wskazane w tabeli w poz. .... zostały wykonane należycie  
 załączamy do oferty następujące dowody:

1. .... Załącznik nr .... Do oferty
2. .... Załącznik nr .... Do oferty

**UWAGA:**

1. Tabelę należy dostosować do liczby wykonanych dostaw

..... dnia ..... r.

.....  
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)



## Załącznik nr 8 b do SIWZ

Wykonawca:

.....  
 .....

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,  
 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich  
 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów , na rzecz których dostawy zostały  
 wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane  
 należycie

Część nr 2 - Automat do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych dla  
 potrzeb Zakładu Patomorfologii - 1 szt.

Ja niżej podpisany

.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy/adres wykonawcy)

.....

Oświadczam, iż:

- W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  
 działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy dostawę automatu do barwienia  
 preparatów histopatologicznych i cytologicznych o wartości minimum 100.000,00 zł:

LP.	PODMIOT NA RZECZ KTÓREGO DOSTAWA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA (NAZWA I ADRES )	WARTOŚĆ DOSTAWY	PRZEDMIOT DOSTAWY	DATA WYKONANIA ( DZIEŃ- MIESIĄC-ROK)
A	B	C	D	E
1				
2				
3				

W celu potwierdzenia, że dostawy wskazane w tabeli w poz. .... zostały wykonane należycie  
 załączamy do oferty następujące dowody:

1..... Załącznik nr .... Do oferty

2..... Załącznik nr .... Do oferty

**UWAGA:**

1. Tabelę należy dostosować do liczby wykonanych dostaw

..... dnia ..... r.

.....  
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)



## Załącznik nr 8 c do SIWZ

Wykonawca:

.....  
 .....

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,  
 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich  
 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów , na rzecz których dostawy zostały  
 wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane  
 należycie

Część nr 3 - Chłodziarka do przechowywania krwi dla potrzeb Centralnego Medycznego  
 Laboratorium Diagnostycznego - 1 szt.

Ja niżej podpisany

.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy/adres wykonawcy)

.....

Oświadczam, iż:

- W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  
 działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy dostawę chłodziarki do  
 przechowywania krwi o wartości minimum 12.000,00 zł:

LP.	PODMIOT NA RZECZ KTÓREGO DOSTAWA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA (NAZWA I ADRES )	WARTOŚĆ DOSTAWY	PRZEDMIOT DOSTAWY	DATA WYKONANIA ( DZIEŃ- MIESIĄC-ROK)
A	B	C	D	E
1				
2				
3				

W celu potwierdzenia, że dostawy wskazane w tabeli w poz. .... zostały wykonane należycie  
 załączamy do oferty następujące dowody:

1..... Załącznik nr .... Do oferty

2..... Załącznik nr .... Do oferty

**UWAGA:**

1. Tabelę należy dostosować do liczby wykonanych dostaw

..... dnia ..... r.

.....  
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)



**UMOWA - WZÓR**

Na zakup oraz dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego realizowany w ramach zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej”  
Część nr .....

Zawarta w dniu ..... pomiędzy:

**Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przy ulicy Lekarskiej 4**, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031259, reprezentowanym przez:

.....  
(zwanym dalej “Zamawiającym”)

a firmą ....., wpisaną do ....., reprezentowaną przez:

.....  
.....  
(zwaną dalej “Wykonawcą”)

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści:

**§ 1.****Przedmiot umowy, okres obowiązywania**

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność sprzętu będącego przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się sprzęt odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie.
2. Termin realizacji umowy - **6 tygodni od daty zawarcia umowy.**
3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

**§ 2.****Warunki dostawy**

1. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji umowy jest kierownik Sekcji Zaopatrzenia nr tel./fax. 48 361-52-86.
3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy jest .....

**§ 3.****Wydanie sprzętu, ubezpieczenie i transport**

1. Za dzień wydania sprzętu Zamawiającemu uważa się dostarczenie sprzętu, zainstalowanie, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu i po wykonaniu tych czynności protokolarne przejęcie przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.



3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu sprzętu do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.

4. Do sprzętu Wykonawca dołączy specyfikacje, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję obsługi wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim.

#### § 4.

##### Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu.

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### § 5.

##### Gwarancja jakości, reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 4, ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu.

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie ze sprzętem dokument gwarancyjny co do jakości dostarczonego sprzętu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią.

3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad. Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać naprawy lub wymiany sprzętu.

4. Czas naprawy sprzętu nie dłuższy niż 7 dni roboczych. W przypadku braku możliwości szybkiej naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych

5. Termin obowiązywania pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt **wynosi .....** liczony od daty protokołu odbioru sprzętu. W okresie trwania gwarancji - okresowe bezpłatne przeglądy sprzętu nie rzadziej niż 1 raz w roku wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej. W tym okresie Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z naprawą lub wymianą sprzętu z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego §.

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne sprzętu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany sprzętu określonego w umowie. Termin reakcji na zgłoszenie usunięcia wady nie może przekroczyć 48 godz. od momentu zgłoszenia w dni robocze. Dla części nr 2 reakcja serwisu na uszkodzenia nie dłużej niż. 24 godz. w dni robocze.



7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wynikające z nich przestoje, jeżeli będą one spowodowane błędną obsługą, bądź nie stosowaniem się do instrukcji obsługi sprzętu określonego w umowie.

8. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do naprawy lub wymiany sprzętu i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

## § 6

### Podwykonawcy (jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca zleca pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena umowna przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą, część czynności objętych umową Podwykonawcy:

a) Firmie..... z siedzibą ..... NIP ....., nr konta bankowego ....., w zakresie .....

2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

4. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność wraz z gwarancją za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, elementy umowy, w tym w szczególności zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.

10. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz Podwykonawców z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku Wykonawcy.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez Podwykonawcę,

## § 7.

### Wartość umowy, zapłata ceny

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ..... zł brutto (słownie .....)  
w tym podatek VAT .....% ; kwota ..... zł netto



2. Zapłata ceny za dostarczony sprzęt nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze lub rachunku.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku nie później niż do dnia 22.12.2016r., przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku będzie protokół odbioru sprzętu objętego umową.
5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §7 ust. 3, przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
6. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

## **§ 8.**

### **Zmiana stron umowy**

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.).

## **§ 9.**

### **Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy**

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu sprzętu w całości lub w części Zamawiający naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu sprzętu wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

## **§ 10.**

### **Rozstrzygnięcie sporów**

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

## **§ 11.**

### **Prawo właściwe, język, zmiany umowy**





1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
6. Zmiany dokonane w naruszeniu ust. 3,4 i 5 niniejszego § są nieważne.

## § 12.

### Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznik do umowy:  
Specyfikacja techniczna

Akceptuję pod względem finansowym

.....  
Główny Księgowy

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

Sporządziła:



**PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA**