



RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr. Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

Sekcja Zamówień Publicznych
26-610 Radom, ul. Lekarska 4
przetargi.rszs.radom.regiony.pl; zampubl@rszs.regiony.pl
tel.: (048) 361-52-83, 361-52-84, fax 361-52-13

Znak sprawy: RSS/SZP/P-30/2017

Radom, dnia 23.06.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

**Zakup i dostawa sprzętu do wykonywania koronarografii i zabiegów angioplastyki dla
potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.**

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209.000 euro

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz oferty
Załącznik nr 3-11 Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 12-20 formularz cenowy
Załącznik nr 21 Oświadczenie
Załącznik nr 22 Wzór umowy
Załącznik nr 23 Wzór umowy - depozyt

Sporządziła: Iwona Wierzbicka

KARTA UZGODNIENÍ

do postępowania nr RSS/SZP/P-30/2017
Zakup i dostawa sprzętu do wykonywania koronarografii i zabiegów angioplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Sporządzający SIWZ:

Iwona Wierzbicka
(podpis)

Uzgadniam pod względem wymaganego zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Andrzej Gajda
(Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa)

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych

Dorota Ciekala
(Główny Księgowy)

Potwierdzam, że treść siwz jest zgodna pod względem formalnoprawnym

Jolanta Lesisz
(Radca Prawny)

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

Anna Skwarczyńska
(Przewodniczący Komisji Przetargowej)

.....
Zatwierdzam
przedłożone dokumenty
i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowania

Andrzej Gajda
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
Adres: ul. Lekarska 4, 26-610 Radom
Tel: +48 48 361-52-83, 361-52-84
Fax: +48 48 361-52-13
E-mail: zampubl@rszs.regiony.pl
Adres strony internetowej: przetargi.rszs.radom.regiony.pl
NIP: 796-00-12-187

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro**.

2.2. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm./.

2.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.2.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do wykonywania koronarografii i zabiegów angioplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego:

Część nr 1 Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Część nr 2 Y-connector pojedynczy i podwójny

Część nr 3 Prowadnik angioplastyczny o różnym stopniu sztywności

Część nr 4 Cewnik prowadzący do PTCA

Część nr 5 Cewnik diagnostyczny do koronarografii

Część nr 6 Cewnik balonowy do udrożniania naczyń wieńcowych

Część nr 7 Stent pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym /sirolimus lub jego pochodna/ z biodegradowalnym polimerem do zmian o dużym ryzyku restenozy

Część nr 8 Stent pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym na platformie kobaltowo-chromowej z biodegradowalnym polimerem /sirolimus lub jego pochodna/ do zmian w prostych odcinkach tętnic

Część nr 9 Zestaw jałowy, jednorazowy do pilnych interwencji wieńcowych

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

3.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej SIWZ „przedmiotem zamówienia”.

3.3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

Główny kod CPV: 33111710-1 Wyroby do angiografii

Dodatkowe kody:

33141310-6 strzykawki

33141200-2 cewniki

33141620-2 zestawy medyczne

3.4. Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

3.5. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.

3.6. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

3.8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

3.9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia **3 miesiące od daty zawarcia umowy**.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP:

5.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);

5.3. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 21 do niniejszej SIWZ.

Informacje zawarte w złożonym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

6.1.2. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć szczegółowo wypełnioną specyfikację techniczną, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 -11 do SIWZ.

6.1.3. wypełniony formularz cenowy według wzoru określonego w Załączniku nr 12-20 do SIWZ.

6.1.4. pełnomocnictwo - w oryginale

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1.

6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.4.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6.4.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.:

a) Aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, potwierdzające, że oferowane produkty są wyrobami medycznymi.

6.5. Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.5.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

6.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

6.5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę zawierającą:

Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania umowy (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.5.4. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie również wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.

6.6. Podwykonawcy

6.6.1. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 9).

6.6.2. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt **6.4.1**, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

6.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126).

6.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w złożonej ofercie jednoznacznie i wyczerpująco źródła (adresu) bazy danych lub postępowania, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

6.10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty, umowy oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej SIWZ Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej.

7.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym że informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

7.3. Adres na jaki należy kierować wszelką korespondencję w sprawie postępowania to:

**Radomski Szpital Specjalistyczny
Sekcja Zamówień Publicznych
26-610 Radom ul. Lekarska 4
Fax.: 48 361-52-13
zampubl@rszs.regiony.pl**

7.4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

P. Anna Skwarczyńska - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - tel. 48 361-52-83

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

8.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

9.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale.

9.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 9.4 zdanie 4 SIWZ.

9.7. Wymaga się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny być datowane i parafowane przez Wykonawcę.

9.8. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.9. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503/" i dołączone do oferty, wymaga się aby były trwale, ale oddzielnie spięte. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 7). W sytuacji gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, są jawne na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych lub gdy wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone informacje.

9.10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

9.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.12. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (przetargi.rszs.radom.regiony.pl), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, **nie później niż: do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert t.j. do dnia: 30.06.2017r.**

10.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, **niezwłocznie jednak nie później niż:**

- **na 2 dni przed upływem terminu składania ofert**

10.3. Pytania należy kierować na adres: **Radomski Szpital Specjalistyczny Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom ul. Lekarska 4 Fax.: 48 361-52-13 zampubl@rszs.regiony.pl**

10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

10.7. Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ **nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia** o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: (przetargi.rszs.radom.regiony.pl).

10.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem o którym mowa w pkt. 10.1.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty.

11.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem pkt. 11.6 SIWZ.

11.3. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

11.4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

11.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

11.6. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (należy wskazać w formularzu oferty w pkt. 10)

11.7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 309A /Seksja Zamówień Publicznych/, III piętro **w terminie do 7.07.2017r, godz. 10:00.**

12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane **„P-30/2017 Oferta przetargowa na zakup i dostawę sprzętu do wykonywania koronarografii i zabiegów angioplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, nie otwierać przed dniem 7.07.2017r. godz. 10:30”.**

12.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

12.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem **„ZMIANA”**. Koperty oznaczone **„ZMIANA”** zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

13.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: **Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/ IV piętro w dniu 7.07.2017r. o godz. 10:30.**

13.2. Otwarcie ofert jest jawne.

13.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie przetargi.rszs.radom.regiony.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

14.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium
1.	cena	60%
2.	jakość	40%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

14.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady:

a) OCENA OFERT W KRYTERIUM „CENA”:

$$\text{Wartość punktowa} = C \text{ min} / C \text{ of} \times W \times 100$$

C min - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

C of - cena brutto oferty badanej

W - Waga ocenianego kryterium

UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł) podana w pkt. 1 formularza oferty z zastrzeżeniem pkt. 14.5. SIWZ.

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max. 60 punktów.

b) OCENA OFERT W KRYTERIUM „JAKOŚĆ”

$$\text{Wartość punktowa} = Tz / T_{\text{max}} \times W \times 100$$

Tz - liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną

T_{max} - najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia

W - Waga ocenianego kryterium

W zakresie kryterium „jakość” oferta może uzyskać max. 40 punktów.

Szczegółowy opis parametrów ocenianych znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

- **Ocena ofert w kryterium jakość w częściach nr 1,2,3,4,5,6,7,8**

Ocena parametrów jakościowych zostanie dokonana w formie pisemnej przez: członków komisji przetargowej. Podstawą sporządzonej oceny będzie treść oferty danego wykonawcy wskazująca parametry oferowanego produktu t.j. szczegółowo wypełniona specyfikacja techniczna, opisująca oferowany przez wykonawcę parametr oceniany (dotyczy części nr 1,2,3,4,5,6,7,8).

UWAGA:W przypadku gdy wykonawca w specyfikacji technicznej nie poda, nie opisze lub nie poda i nie opisze precyzyjnie parametru oferowanego podlegającego ocenie przez Zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert „jakość”, zamawiający do oceny oferty przyjmie najniższy parametr możliwy do zaoferowania i przyzna 0 pkt. Opisy wymienione powyżej nie podlegają przepisom art. 26 ust. 3 ustawy pzp.

- **Ocena ofert w kryterium jakość w części 9**

Ocena parametrów jakościowych zostanie dokonana w formie pisemnej przez: Członków komisji przetargowej na podstawie opinii członków Zespołu Oceniającego Zamawiającego, składającego się z 2 członków, pracowników Oddziału Kardiologii.

Podstawą opinii Zespołu Oceniającego w w/w części będą próbki oferowanego produktu - **Zestawu jałowego, jednorazowego do pilnych interwencji wieńcowych**, w ilości 2 sztuk zestawu, dostarczone przez wykonawców i podlegające ocenie zespołu oceniającego, na podstawie wytycznych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zespół Oceniający wyrazi swoją opinię w formie pisemnej po przetestowaniu próbek.

Komisja Przetargowa przydzieli punktację każdej ocenionej próbce przez każdą osobę z Zespołu Oceniającego, zgodnie z zasadą punktacji określoną w Opisie przedmiotu zamówienia. Ostateczna liczba punktów przyznanych w ramach ocenianych parametrów dla wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, ocenianych pozycji w części nr 9, zostanie obliczona jako średnia arytmetyczna ilości punktów przyznanych każdej próbce, w każdym podkryterium i w każdej wskazanej pozycji na podstawie opinii każdej osoby z Zespołu Oceniającego.

UWAGA: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktu tożsamego z opisanym przez zamawiającego, odpowiadającego wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku nie przedłożenia próbek do oceny jakościowej, przedłożenia próbek w liczbie mniejszej niż wymagana przez zamawiającego lub w przypadku dostarczenia próbki produktu nie odpowiadającej wymaganiom zamawiającego określonym w SIWZ, zamawiający do oceny oferty przyjmie najniższy parametr możliwy do zaoferowania i przyzna 0 pkt.

Próbki nie podlegają przepisom art. 26 ust. 3 ustawy pzp.

Wykonawca ma prawo do ubiegania się (na pisemny wniosek) o zwrot kosztów za zużyte podczas oceny jakościowej próbki. Rozliczenie za zużyte próbki będzie się odbywało po cenach jednostkowych netto określonych w ofercie danego Wykonawcy

14.3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

14.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

14.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty). Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

15.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.2. Wszelkie postanowienia umowy wraz z dopuszczalnymi zmianami umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Odwwołanie

17.1 Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

17.2 Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust. 2 Prawo zamówień Publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego;
- 4) opisu przedmiotu zamówienia;
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. ustawy Pzp

17.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 17.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2. ustawy Pzp

17.9. Odwołanie wnosi się :

- w terminie **5 dni** od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

17.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- **5 dni** od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

17.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.9 i 17.10 wnosi się:

- W terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

17.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

17.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Skarga do sądu

17.14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

17.16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

18. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

18.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

18.3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do

udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

18.5. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

18.6. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

18.7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

18.8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do wykonywania koronarografii i zabiegów angioplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Część nr 1 Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Parametry wymagane		Ilość sztuk
L.p.	1.	2.
1.	Pojemność min 20 ml Ciśnienie maksymalne inflacji min. 30 atm., ergonomiczny kształt i łatwość obsługi, dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu	100
2.	Parametry oceniane	Punktacja
	pojemność	Pojemność 20 ml - 0 pkt Pojemność powyżej 20 ml - 10pkt

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyrobami medycznymi.

Część nr 2 Y-connector pojedynczy i podwójny

Parametry wymagane		Ilość sztuk
L.p.	1.	2.
1.	Światło wewnętrzne 7,2F, dla przewodnika min.0,009" max 0,022" umożliwiające bardzo dobrą stabilizację przewodnika Opatentowana konstrukcja zastawki z min 3 płatkami zapewniająca bardzo dobrą i całkowitą szczelność /zapobiegającą nadmiernej utracie krwi w czasie zabiegu/ przy jednoczesnej zachowanej swobodzie ruchów urządzeń przechodzących przez Y-konektor Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy Materiał odporny na uszkodzenia przy normalnym użytkowaniu Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu przy łączeniu z cewnikiem Posiadanie w ofercie Y-conektor pojedynczy i podwójny	150
2.	Parametry oceniane	Punktacja
	Sposób obsługi Y-connectora	Możliwość obsługi jedną ręką - 10pkt Konieczność wykorzystania obu rąk - 0 pkt

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyrobami medycznymi.

Część nr 3 Przewodnik angioplastyczny o różnym stopniu sztywności

Parametry wymagane		Ilość sztuk
L.p.	1.	2.

1.	konstrukcja zapewnia ciągłość przewodnika i bezpieczeństwo zabiegu Średnica przewodnika max. 0.014" Przewodniki nadające się do zmian trudnych z uwzględnieniem rekanalizacji przewlekłe zamkniętych tętnic wieńcowych, minimum 6 rodzajów wymienionych z nazw Dostępność w ofercie przewodników pokrytych na całej długości substancją hydrofilną i hydrofobową Co najmniej 18 różnych typów w ofercie o różnym stopniu twardości i rodzaju końcówki Końcówka robocza wykonana ze stopu niklowo - tytanowego prosta i J Dobra manewrowalność i wybór końcówek Długość przewodnika min. 190cm i max 300cm	300
2.	Parametry oceniane	Punkcja
	Ilość rodzajów wymienionych z nazw	Prowadniki wymienione z nazwy 6 rodzajów - 0 pkt. Prowadniki wymienione z nazwy powyżej 6 rodzajów - 10 pkt
	Ilość typów w ofercie o różnym stopniu twardości i rodzaju końcówki	18 rodzajów - 0 pkt. 19-20 rodzajów - 2 pkt. 21 -25 rodzajów - 5 pkt. Powyżej 26 rodzajów - 10 pkt.

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyrobami medycznymi.

Część nr 4 Cewnik prowadzący do PTCA

L.p.	Parametry wymagane	Ilość sztuk
1.	1. metalowe zbrojenie zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika odporny na złamania, skręcenia i zagięcia, miękka atraumatyczna końcówka + dobrze widoczna w skopii, średnica wewnętrzna cewnika min. 0.70" przy 6F i 0,58 przy 5F oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, dostępna długość cewnika prowadzącego 100 [cm] i 110 [cm] dla cewników 6F i 7F pełna gama krzywizn umożliwiająca dojście z tętnicy udowej, promieniowej, dojście do by-passów. Posiadanie w ofercie min. 80 różnych typów krzywizn dla każdej średnicy Cewnik zachowujący niezmiennie światło na całej długości łącznie z końcówką umożliwiające swobodne przechodzenie stentów. cewnik zachowujący pamięć kształtu krzywizny nawet w czasie przedłużającego się zabiegu Łatwość przeprowadzania przez cewnik cewnika do aspiracji skrzeplin	200

<i>2.</i>	Parametry oceniane	Punktacja
	Ilość typów krzywizn dla każdej średnicy	Posiadanie w ofercie 80 różnych krzywizn dla każdej średnicy - 0 pkt. Posiadanie w ofercie powyżej 80 różnych krzywizn dla każdej średnicy - 10 pkt

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyrobami medycznymi.

Część nr 5 Cewnik diagnostyczny do koronarografii

Parametry wymagane		Ilość sztuk
<i>L.p.</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>
<i>1.</i>	cewnik do prawej i lewej tętnicy wieńcowej końcówka atraumatyczna dobrze widoczna w skopi cewniki odporne na załamania, zagięcia, charakteryzujące się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu cewnik zbrojony na całej długości, zapewniający dobre manewrowanie i obrót średnica wewnętrzna 0,055 lub 0.056" przy 6F pełna gama krzywizn umożliwiająca dojście z tętnicy udowej, promieniowej, dojście do by-passów, Posiadanie w ofercie min 40 różnych typów krzywizn dla każdej średnicy Posiadanie w ofercie rozmiary 5F i 6F,	300
<i>2.</i>	Parametry oceniane	Punktacja
	Ilość typów krzywizn dla każdej średnicy	40 różnych typów krzywizn dla każdej średnicy - 0 pkt. 41-60 różnych typów krzywizn dla każdej średnicy - 5 pkt. 61 i więcej różnych typów krzywizn dla każdej średnicy - 10 pkt.

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyrobami medycznymi.

Część nr 6 Cewnik balonowy do udrożniania naczyń wieńcowych

Parametry wymagane		Ilość sztuk
<i>L.p.</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>
<i>1.</i>	Posiadanie w ofercie cewnika balonowego: semi-compliant" Cewnik balonowy niskoprofilowy semi-compliant średnice balonu od 1,25 do 4,0mm; z zachowaniem wartości granicznych, posiadanie w ofercie co najmniej 6 różnych średnic długości balonu od 8 do 30 mm, z zachowaniem wartości granicznych, Distal shaft ≤ 2,4 F; proximal shaft ≤ 1,9 F - dla balonu 3,0 mm Długość użytkowa cewnika ≥ 142 cm Profil wejścia balonu ≤ 0,016"	200

	Profil przejścia balonu $\leq 0,023''$ dla średnicy 3,0 mm Profil przejścia balonu $\leq 0,020''$ dla średnicy 1,25 mm Udokumentowana możliwość wykonania zabiegu metodą „kissing ballon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F przy jakiegokolwiek kombinacji balonów do średnicy 3,5 mm	
2.	Parametry oceniane	Punktacja
	Przyrost średnicy	przyrost średnicy balonu o 0,25 mm - 10 pkt. pozostałe oferowane przyrosty - 0 pkt
	Udokumentowana możliwość wykonania zabiegu metodą „kissing ballon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F przy jakiegokolwiek kombinacji balonów do średnicy 3,5 mm	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt.

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyrobami medycznymi.

Część nr 7 Stent pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym /sirolimus lub jego pochodna/ z biodegradowalnym polimerem do zmian o dużym ryzyku restenozy

	Parametry wymagane	Ilość sztuk
L.p.	1.	2.
1.	Platforma stentu wykonana ze stali lub stopu kobaltowo - chromowego Pokrycie stentu - pochodna sirolimusa Biodegradowalny polimer Budowa stentu otwarcie komórkowa gwarantująca dostęp do gałęzi bocznych Kontrolowane uwalnianie leku zróżnicowana grubość powłoki polimerowej średnice 2.25 -4.00mm w ofercie co najmniej 5 różnych średnic z zachowanymi wartościami granicznymi długości 9-36mm, w ofercie co najmniej 6 różnych długości ciśnienie nominalne max 10 atm ciśnienie RBP min 16 atm profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.04", grubość ścian stentu max 0,0026" dla średnic stentu 2,25 - 3,0 i 0,0032" dla 3,5 - 4,0 skrócenie stentu podczas implantacji nie większe niż 0,3 % dla stentu 3,0 mm możliwość przepięcia stentu 3mm do ponad 3,5mm, a 4,0mm do 4,7(innym balonem) bez uszkodzenia struktury Możliwość prowadzenie składu komisowego	50
2.	Parametry oceniane	Punktacja
	Przyrost średnicy	Przyrost średnicy co 0,25 - 10 pkt. pozostałe oferowane przyrosty - 0 pkt
	Ilość długości w ofercie	6 różnych długości - 0 pkt. Powyżej 6 różnych długości - 10 pkt.

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyrobami medycznymi.

Część nr 8 Stent pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym na platformie kobaltowo-chromowej z biodegradowalnym polimerem /sirolimus lub jego pochodna/ do zmian w prostych odcinkach tętnic

	Parametry wymagane	Ilość sztuk
L.p.	<i>1.</i>	<i>2.</i>
<i>1.</i>	Platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo - chromowego Pokrycie stentu - Sirolimus lub jego pochodne Biodegradowalny polimer Minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2.25 mm do 4,0 min 6 różnych średnic w ofercie Minimalny wymagany przedział długości stentów od 13 mm do 38mm, co najmniej 6 różnych długości w ofercie ciśnienie nominalne max 10 atm ciśnienie RBP min 14 atm +/- 2atm Możliwość prowadzenie składu komisowego	100
<i>2.</i>	Parametry oceniane	Punktacja
	Ilość długości w ofercie	6 różnych długości - 0 pkt. Powyżej 6 różnych długości - 10 pkt.

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyrobami medycznymi.

Część nr 9 -Zestaw jałowy, jednorazowy do pilnych interwencji wieńcowych

I.	Parametry wymagane	Ilość sztuk
L.p.	<i>1.</i>	<i>2.</i>
<i>1.</i>	Fartuch chirurgiczny jednorazowy w rozmiarze L wzmacniany na przedniej części -1 szt.	250 sztuk
<i>2.</i>	Fartuch chirurgiczny jednorazowy w rozmiarze XL wzmacniany na przedniej części -1 szt.	
<i>3.</i>	Miski/ kubeczki o pojemności 300 +/- 50ml - szt. 3	
<i>4.</i>	Serweta - prześcieradło do angiografii udowej min 2-warstwowe, wykonane z materiału: warstwa zewnętrzna wchłaniąca, paroprzepuszczalna, spodnia nieprzemakalna włóknina wymiary serwety 240 x 350 +/- 10 cm/ z 4 otworami: 2 otwory udowe o średnicy 10-12 cm i 2 otwory promieniowe o średnicy 3-5cm zabezpieczone małymi serwetkami otoczonymi taśmą lepłą o szerokości: 2,5-5cm - udowe i 1,5-2cm promieniowe	
<i>5.</i>	dłuższy brzeg serwety połączony z przezroczystą osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości 60-70 cm,	
<i>6.</i>	Wokół otworów udowych dodatkowe wzmocnienie wysokochłonny materiał absorbującym krew i płyny wym. 130 x150cm +/-5cm/	
<i>7.</i>	Zestaw sterylny, zapakowany w dwuwarstwową serwetę do przykrycia stolika o wymiarze min 150 x 150 cm +/-5cm 1szt	
<i>8.</i>	Skalpel z oprawką No 11 - 1szt	
<i>9.</i>	Gaziki 10/10cm 20szt	
<i>10.</i>	Oslony na lampę 80x100cm 2szt; z gumką, przezroczyste	

11.	Serwetki chłonne 50x50cm,+/- 5 cm osobno pakowana 2szt	
12.	Pakowanie odporne na uszkodzenia, zawierające naklejki kodowe potwierdzające rodzaj i jakość zestawu oraz datę ważności w ilości min 3 szt, samoprzylepne, łatwo odklejane z opakowania	
II.	Parametry oceniane	Punktacja
	1. Wchłaniania materiału dotyczy pozycji nr 4:	Bdb wchłanianie - 20 pkt. Brak wchłaniania - 0 pkt.
	2. Nieprzemakalność dla pozycji nr 1,2,4	Utrzymanie suchej warstwy spodniej przez cały zabieg - 20 pkt Przemakanie - 0 pkt.
	3. Skuteczność przyklejania taśmy do skóry dla pozycji nr 4	Bdb mocowanie do skóry - 20 pkt. Problemy z mocowaniem - 0 pkt.

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyrobami medycznymi.

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

Adres*

Tel.*:

Adres poczty elektronicznej*

Regon*

NIP *

Nr fax.*, na który Zamawiający może przysyłać korespondencję:

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy - Pełnomocnika)

Radomski Szpital Specjalistyczny
ul. Lekarska 4
26 - 610 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na zakup i dostawę sprzętu do wykonywania koronarografii i zabiegów angioplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

1.1. Część nr 1 Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

za cenę: zł brutto, (słownie:

.....), w tym stawka VAT %.

1.2. Część nr 2 Y-connector pojedynczy i podwójny

za cenę: zł brutto, (słownie:

.....), w tym stawka VAT %.

1.3. Część nr 3 Prowadnik angioplastyczny o różnym stopniu sztywności

za cenę: zł brutto, (słownie:

.....), w tym stawka VAT %.

1.4. Część nr 4 Cewnik prowadzący do PTCA

za cenę: zł brutto, (słownie:

.....), w tym stawka VAT %.

1.5. Część nr 5 Cewnik diagnostyczny do koronarografii

za cenę: zł brutto, (słownie:

.....), w tym stawka VAT %.

1.6. Część nr 6 Cewnik balonowy do udroźniania naczyń wieńcowych

za cenę: zł brutto, (słownie:

.....), w tym stawka VAT %.

1.7. Część nr 7 Stent pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym /sirolimus lub jego pochodna/ z biodegradowalnym polimerem do zmian o dużym ryzyku restenozy

za cenę: zł brutto, (słownie:

.....), w tym stawka VAT %.

1.8. Część nr 8 Stent pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym na platformie kobaltowo-chromowej z biodegradowalnym polimerem /sirolimus lub jego pochodna/ do zmian w prostych odcinkach tętnic

za cenę: zł brutto, (słownie:

.....), w tym stawka VAT %.

1.9. Część nr 9 Zestaw jałowy, jednorazowy do pilnych interwencji wieńcowych

za cenę: zł brutto, (słownie:

.....), w tym stawka VAT %.

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku.

4. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia: **3 miesiące od daty zawarcia umowy.**

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /jeżeli dotyczy/.

8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

9. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców*

I.p.	Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców
1	
..	
....	
.....	

10. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie / nie będzie * prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania....., oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.....

Uwaga: Brak skreśleń w pkt. 10 oznacza, że wybór oferty wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

11. Oferta niniejsza zawiera kolejno ponumerowanych stron.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

1. tel. e-mail
2. tel. e-mail

13. Wykonawca jest małym / średnim/ dużym przedsiębiorcą*

14. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1)
- 2)
- 3)

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

** niepotrzebne skreślić*

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część 1 - Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane przez Wykonawcę (opisać)	Nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu
1.	- Pojemność min 20 ml - Ciśnienie maksymalne inflacji min. 30 atm., - ergonomiczny kształt i łatwość obsługi, - dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu		
2.	Parametry oceniane/Punktacja		
	Pojemność: Pojemność 20 ml - 0 pkt Pojemność powyżej 20 ml - 10pkt		

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby informacje dotyczące parametrów oferowanych przez Wykonawcę, nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu zostały podane przez Wykonawcę w sposób rzetelny, szczegółowo określający specyfikę oferowanego asortymentu.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część 2 - Y-connector pojedynczy i podwójny

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane przez Wykonawcę (opisać)	Nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Światło wewnętrzne 7,2F, dla przewodnika min.0,009" max 0,022" umożliwiające bardzo dobrą stabilizację przewodnika - Opatentowana konstrukcja zastawki z min 3 płatkami zapewniająca bardzo dobrą i całkowitą szczelność /zapobiegającą nadmiernej utracie krwi w czasie zabiegu/ przy jednoczesnej zachowanej swobodzie ruchów urządzeń przechodzących przez Y-konektor - Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy - Materiał odporny na uszkodzenia przy normalnym użytkowaniu - Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu przy łączeniu z cewnikiem - Posiadanie w ofercie Y-conektor pojedynczy i podwójny 		
2.	Parametry oceniane/Punktacja		
	Sposób obsługi Y-connectora: Możliwość obsługi jedną ręką - 10pkt Konieczność wykorzystania obu rąk - 0 pkt		

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby informacje dotyczące parametrów oferowanych przez Wykonawcę, nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu zostały podane przez Wykonawcę w sposób rzetelny, szczegółowo określający specyfikę oferowanego asortymentu.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część 3 - Prowadnik angioplastyczny o różnym stopniu sztywności

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane przez Wykonawcę (opisać)	Nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu
1.	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja zapewnia ciągłość prowadnika i bezpieczeństwo zabiegu - Średnica prowadnika max. 0.014" - Prowadniki nadające się do zmian trudnych z uwzględnieniem rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych, - minimum 6 rodzajów wymienionych z nazw - Dostępność w ofercie prowadników pokrytych na całej długości substancją hydrofilną i hydrofobową - Co najmniej 18 różnych typów w ofercie o różnym stopniu twardości i rodzaju końcówki - Końcówka robocza wykonana ze stopu niklowo -tytanowego prosta i J - Dobra manewrowalność i wybór końcówek - Długość prowadnika min. 190cm i max 300cm 		
2.	Parametry oceniane/Punktacja		
1)	Ilość rodzajów wymienionych z nazw: Prowadniki wymienione z nazwy min. 6 rodzajów - 0 pkt. Prowadniki wymienione z nazwy powyżej 6 rodzajów - 10 pkt		
2)	Ilość typów w ofercie o różnym stopniu twardości i rodzaju końcówki: 18 rodzajów - 0 pkt. 19-20 rodzajów - 2 pkt. 21 -25 rodzajów - 5 pkt. Powyżej 26 rodzajów - 10 pkt.		

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby informacje dotyczące parametrów oferowanych przez Wykonawcę, nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu zostały podane przez Wykonawcę w sposób rzetelny, szczegółowo określający specyfikę oferowanego asortymentu.

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część 4 - Cewnik prowadzący do PTCA

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane przez Wykonawcę (opisać)	Nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu
1.	<ul style="list-style-type: none"> - metalowe zbrojenie zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika - odporny na złamania, skręcenia i zagięcia, - miękka atraumatyczna końcówka + dobrze widoczna w skopii, - średnica wewnętrzna cewnika min. 0.70" przy 6F i 0,58 przy 5F - oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, - dostępna długość cewnika prowadzącego 100 [cm] i 110 [cm] dla cewników 6F i 7F - pełna gama krzywizn umożliwiająca dojście z tętnicy udowej, promieniowej, dojście do by-passów. - Posiadanie w ofercie min. 80 różnych typów krzywizn dla każdej średnicy - Cewnik zachowujący niezmiennie światło na całej długości łącznie z końcówką umożliwiające swobodne przechodzenie stentów. - cewnik zachowujący pamięć kształtu krzywizny nawet w czasie przedłużającego się zabiegu - łatwość przeprowadzania przez cewnik cewnika do aspiracji skrzeplin 		
2.	Parametry oceniane/Punktacja		
	Ilość typów krzywizn dla każdej średnicy: <ul style="list-style-type: none"> - Posiadanie w ofercie 80 różnych krzywizn dla każdej średnicy - 0 pkt. - Posiadanie w ofercie powyżej 80 różnych krzywizn dla każdej średnicy - 10 pkt 		

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby informacje dotyczące parametrów oferowanych przez Wykonawcę, nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu zostały podane przez Wykonawcę w sposób rzetelny, szczegółowo określający specyfikę oferowanego asortymentu.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 5 Cewnik diagnostyczny do koronarografii

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane przez Wykonawcę (opisać)	Nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu
1.	<ul style="list-style-type: none"> - cewnik do prawej i lewej tętnicy wieńcowej - końcówka atraumatyczna dobrze widoczna w skopi - cewniki odporne na załamania, zagięcia, charakteryzujące się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu - cewnik zbrojony na całej długości, zapewniający dobre manewrowanie i obrót - średnica wewnętrzna 0,055 lub 0.056" przy 6F - pełna gama krzywizn umożliwiająca dojście z tętnicy udowej, promieniowej, dojście do by-passów, - Posiadanie w ofercie min 40 różnych typów krzywizn dla każdej średnicy - Posiadanie w ofercie rozmiary 5F i 6F, 		
2.	Parametry oceniane/Punktacja		
	<p>Ilość typów krzywizn dla każdej średnicy:</p> <p>40 różnych typów krzywizn dla każdej średnicy - 0 pkt.</p> <p>41-60 różnych typów krzywizn dla każdej średnicy - 5 pkt.</p> <p>61 i więcej różnych typów krzywizn dla każdej średnicy - 10 pkt.</p>		

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby informacje dotyczące parametrów oferowanych przez Wykonawcę, nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu zostały podane przez Wykonawcę w sposób rzetelny, szczegółowo określający specyfikę oferowanego asortymentu.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 6 Cewnik balonowy do udrożniania naczyń wieńcowych

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane przez Wykonawcę (opisać)	Nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Posiadanie w ofercie cewnika balonowego: semi-compliant" - Cewnik balonowy niskoprofilowy semi-compliant - średnice balonu od 1,25 do 4,0mm; z zachowaniem wartości granicznych, posiadanie w ofercie co najmniej 6 różnych średnic - długości balonu od 8 do 30 mm, z zachowaniem wartości granicznych, - Distal shaft $\leq 2,4$ F; proximal shaft $\leq 1,9$ F - dla balonu 3,0 mm - Długość użytkowa cewnika ≥ 142 cm - Profil wejścia balonu $\leq 0,016$" - Profil przejścia balonu $\leq 0,023$" dla średnicy 3,0 mm - Profil przejścia balonu $\leq 0,020$" dla średnicy 1,25 mm - Udokumentowana możliwość wykonania zabiegu metodą „kissing ballon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F przy jakiegokolwiek kombinacji balonów do średnicy 3,5 mm 		
2.	Parametry oceniane/Punktacja		
	Przyrost średnicy: przyrost średnicy balonu o 0,25 mm - 10 pkt. pozostałe oferowane przyrosty - 0 pkt		
	Udokumentowana możliwość wykonania zabiegu metodą „kissing ballon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F przy jakiegokolwiek kombinacji balonów do średnicy 3,5 mm Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt.		

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby informacje dotyczące parametrów oferowanych przez Wykonawcę, nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu zostały podane przez Wykonawcę w sposób rzetelny, szczegółowo określający specyfikę oferowanego asortymentu.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 9 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 7 Stent pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym /sirolimus lub jego pochodna/ z biodegradowalnym polimerem do zmian o dużym ryzyku restenozy

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane przez Wykonawcę (opisać)	Nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Platforma stentu wykonana ze stali lub stopu kobaltowo - chromowego - Pokrycie stentu - pochodna sirolimusa - Biodegradowalny polimer - Budowa stentu otwarcie komórkowa gwarantująca dostęp do gałęzi bocznych - Kontrolowane uwalnianie leku - zróżnicowana grubość powłoki polimerowej - średnice 2.25 - 4.00mm w ofercie co najmniej 5 różnych średnic z zachowanymi wartościami granicznymi - długości 9-36mm, w ofercie co najmniej 6 różnych długości - ciśnienie nominalne max 10 atm - ciśnienie RBP min 16 atm - profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.04", - grubość ścian stentu max 0,0026" dla średnic stentu 2,25 - 3,0 i 0,0032" dla 3,5 - 4,0 - skrócenie stentu podczas implantacji nie większe niż 0,3 % dla stentu 3,0 mm - możliwość przeprężenia stentu 3mm do ponad 3,5mm, a 4,0mm do 4,7(innym balonem) bez uszkodzenia struktury - Możliwość prowadzenie składu komisowego 		
2.	Parametry oceniane/Punktacja		
	Przyrost średnicy: Przyrost średnicy co 0,25 - 10 pkt. pozostałe oferowane przyrosty - 0 pkt		
	Ilość długości w ofercie: 6 różnych długości - 0 pkt. Powyżej 6 różnych długości - 10 pkt.		

Rozliczenie przy udziale magazynu depozytowego - wzór umowy załącznik nr 23 do SIWZ

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby informacje dotyczące parametrów oferowanych przez Wykonawcę, nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu zostały podane przez Wykonawcę w sposób rzetelny, szczegółowo określający specyfikę oferowanego asortymentu.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 8 Stent pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym na platformie kobaltowo-chromowej z biodegradowalnym polimerem /sirolimus lub jego pochodna/ do zmian w prostych odcinkach tętnic

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane przez Wykonawcę (opisać)	Nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo - chromowego - Pokrycie stentu - Sirolimus lub jego pochodne - Biodegradowalny polimer - Minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2.25 mm do 4,0 min 6 różnych średnic w ofercie - Minimalny wymagany przedział długości stentów od 13 mm do 38mm, - co najmniej 6 różnych długości w ofercie - ciśnienie nominalne max 10 atm - ciśnienie RBP min 14 atm +/- 2atm - Możliwość prowadzenie składu komisowego 		
2.	Parametry oceniane/Punktacja		
	Ilość długości w ofercie: 6 różnych długości - 0 pkt. Powyżej 6 różnych długości - 10 pkt.		

Rozliczenie przy udziale magazynu depozytowego - wzór umowy załącznik nr 23 do SIWZ

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby informacje dotyczące parametrów oferowanych przez Wykonawcę, nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu zostały podane przez Wykonawcę w sposób rzetelny, szczegółowo określający specyfikę oferowanego asortymentu.

..... dnia r.

.....
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 9 Zestaw jałowy, jednorazowy do pilnych interwencji wieńcowych

I.	Parametry wymagane	Parametry oferowane przez Wykonawcę (opisać)	Nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu
L.p.	1.	2.	
1.	Fartuch chirurgiczny jednorazowy w rozmiarze L wzmacniany na przedniej części -1 szt.		
2.	Fartuch chirurgiczny jednorazowy w rozmiarze XL wzmacniany na przedniej części -1 szt.		
3.	Miski/ kubeczki o pojemności 300 +/- 50ml - szt. 3		
4.	Serweta - prześcieradło do angiografii udowej min 2-warstwowe, wykonane z materiału: warstwa zewnętrzna wchłaniana, paroprzepuszczalna, spodnia nieprzemakalna włóknina		
5.	wymiary serwety 240 x 350 +/- 10 cm/ z 4 otworami: 2 otwory udowe o średnicy 10-12 cm i 2 otwory promieniowe o średnicy 3-5cm zabezpieczone małymi serwetkami otoczonymi taśmą lepną o szerokości: 2,5-5cm - udowe i 1,5-2cm promieniowe		
6.	dłuższy brzeg serwety połączony z przezroczystą osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości 60-70 cm,		
7.	Wokół otworów udowych dodatkowe wzmocnienie wysokochłonny materiał absorbującym krew i płyny wym. 130 x150cm +/-5cm/		
8.	Zestaw sterylny, zapakowany w dwuwarstwową serwetę do przykrycia stolika o wymiarze min 150 x 150 cm +/-5cm 1szt		
9.	Skalpel z oprawką No 11 - 1szt		
10.	Gaziki 10/10cm 20szt		
11.	Osłony na lampę 80x100cm 2szt; z gumką, przezroczyste		
12.	Serwetki chłonne 50x50cm,+/- 5 cm osobno pakowana 2szt		
13.	Pakowanie odporne na uszkodzenia, zawierające naklejki kodowe potwierdzające rodzaj i jałowość		

	zestawu oraz datę ważności w ilości min 3 szt, samoprzylepne, łatwo odklejane z opakowania		
II.	Parametry oceniane/ Punktacja		
	1. Wchłanianość materiału dotyczy pozycji nr 4: Bdb wchłanianie - 20 pkt. Brak wchłaniania - 0 pkt.		
	2. Nieprzemakalność dla pozycji nr 1,2,4 : Utrzymanie suchej warstwy spodniej przez cały zabieg - 20 pkt Przemakanie - 0 pkt.		
	3. skuteczność przyklejania taśmy do skóry dla pozycji nr 4 : Bdb mocowanie do skóry - 20 pkt. Problemy z mocowaniem - 0 pkt		

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby informacje dotyczące parametrów oferowanych przez Wykonawcę, nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent, sposób sterylizacji produktu zostały podane przez Wykonawcę w sposób rzetelny, szczegółowo określający specyfikę oferowanego asortymentu.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 1 Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT w %	Wartość oferowana brutto	Nazwa handlowa	Producent	Numer katalogowy
L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem	100						
Razem								

Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 5) stanowi iloczyn ilości sztuk (kolumna nr 2) i ceny jednostkowej netto (kolumna nr 3) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 4)

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowić cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby ceny były określone do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 2 Y-connector pojedynczy i podwójny

	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT w %	Wartość oferowana brutto	Nazwa handlowa	Producent	Numer handlowy
L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Y-connector pojedynczy i podwójny	150						
Razem								

Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 5) stanowi iloczyn ilości sztuk (kolumna nr 2) i ceny jednostkowej netto (kolumna nr 3) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 4)

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowić cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby ceny były określone do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 3 Prowadnik angioplastyczny o różnym stopniu sztywności

	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT w %	Wartość oferowana brutto	Nazwa handlowa	Producent	Numer handlowy
L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Prowadnik angioplastyczny o różnym stopniu sztywności	300						
				Razem				

Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 5) stanowi iloczyn ilości sztuk (kolumna nr 2) i ceny jednostkowej netto (kolumna nr 3) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 4)

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowić cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby ceny były określone do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 4 Cewnik prowadzący do PTCA

	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT w %	Wartość oferowana brutto	Nazwa handlowa	Producent	Numer handlowy
L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Cewnik prowadzący do PTCA	200						
Razem								

Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 5) stanowi iloczyn ilości sztuk (kolumna nr 2) i ceny jednostkowej netto (kolumna nr 3) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 4)

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowić cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby ceny były określone do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 5 Cewnik diagnostyczny do koronarografii

	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT w %	Wartość oferowana brutto	Nazwa handlowa	Producent	Numer handlowy
L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Cewnik diagnostyczny do koronarografii	300						
Razem								

Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 5) stanowi iloczyn ilości sztuk (kolumna nr 2) i ceny jednostkowej netto (kolumna nr 3) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 4)

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowić cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby ceny były określone do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 17 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 6 Cewnik balonowy do udrożniania naczyń wieńcowych

	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT w %	Wartość oferowana brutto	Nazwa handlowa	Producent	Numer handlowy
L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Cewnik balonowy do udrożniania naczyń wieńcowych	200						
Razem								

Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 5) stanowi iloczyn ilości sztuk (kolumna nr 2) i ceny jednostkowej netto (kolumna nr 3) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 4)

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowić cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby ceny były określone do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 7 Stent pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym /sirolimus lub jego pochodna/ z biodegradowalnym polimerem do zmian o dużym ryzyku restenozy

	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT w %	Wartość oferowana brutto	Nazwa handlowa	Producent	Numer handlowy
L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Stent pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym /sirolimus lub jego pochodna/ z biodegradowalnym polimerem do zmian o dużym ryzyku restenozy	50						
Razem								

Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 5) stanowi iloczyn ilości sztuk (kolumna nr 2) i ceny jednostkowej netto (kolumna nr 3) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 4)

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowić cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby ceny były określone do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

Rozliczenie przy udziale magazynu depozytowego.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 8 Stent pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym na platformie kobaltowo-chromowej z biodegradowalnym polimerem /sirolimus lub jego pochodna/ do zmian w prostych odcinkach tętnic

	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT w %	Wartość oferowana brutto	Nazwa handlowa	Producent	Numer handlowy
L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Stent pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym na platformie kobaltowo-chromowej z biodegradowalnym polimerem /sirolimus lub jego pochodna/ do zmian w prostych odcinkach tętnic	100						
Razem								

Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 5) stanowi iloczyn ilości sztuk (kolumna nr 2) i ceny jednostkowej netto (kolumna nr 3) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 4)

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowić cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby ceny były określone do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

Rozliczenie przy udziale magazynu depozytowego.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 9 Zestaw jałowy, jednorazowy do pilnych interwencji wieńcowych

	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT w %	Wartość oferowana brutto	Nazwa handlowa	Producent	Numer handlowy
L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zestaw jałowy, jednorazowy do pilnych interwencji wieńcowych	250						
Razem								

Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 5) stanowi iloczyn ilości sztuk (kolumna nr 2) i ceny jednostkowej netto (kolumna nr 3) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 4)

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowić cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby ceny były określone do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 21 do SIWZ

Wykonawca:

.....
.....**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup i dostawa sprzętu do wykonywania koronarografii i zabiegów angioplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nr sprawy P-30/2017** (nazwa postępowania), prowadzonego przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik nr 22 do SIWZ

UMOWA (WZÓR) dotyczy części nr 1,2,3,4,5,6,9**Zakup i dostawa sprzętu do wykonywania koronarografii i zabiegów angioplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego****Część nr**

Zawarta w dniu pomiędzy:

Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przy ulicy Lekarskiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031259, reprezentowanym przez:.....
(zwanym dalej „Zamawiającym”)a firmą z siedzibą w przy ul.
wpisaną do pod nr, reprezentowaną przez :

1.
2.

(zwaną dalej “Wykonawcą”)

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm./, o następującej treści:**§ 1.****Przedmiot umowy, okres obowiązywania**

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność towarów będących przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za ich dostarczenie.
2. Termin realizacji umowy - 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
3. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem od umowy w całości lub w części.
4. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

§ 2.**Warunki dostawy**

1. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania towaru Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia towaru do Magazynu Szpitala w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania pisemnego zamówienia (Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę lub poza godzinami pracy Magazynu Szpitala dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie).
3. Przyjmuje się, że zamówienia będą przesyłane pisemnie za pomocą faxu lub mailem.
4. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest Kierownik Sekcji Zaopatrzenia nr tel. (48) 361-52-86.
5. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy jest nr tel.

§ 3.**Wydanie towaru, ubezpieczenie i transport**

1. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.
3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towaru do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.
4. Do towaru Wykonawca dołączy, fakturę lub rachunek oraz ulotkę dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru.

§ 4.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
2. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, nie później jednak niż w ciągu **7 dni** roboczych (za dzień roboczy uważa się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili zrealizowania dostawy.
3. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu **7 dni roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
4. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § w odniesieniu do gwarancji i rękojmi będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6.

Podwykonawcy (jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca zleca, pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena umowna przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą, część czynności objętych umową Podwykonawcy:
 - a) Firmie..... z siedzibą NIP, nr konta bankowego, w zakresie
2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.
5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność wraz z gwarancją za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, elementy umowy, w tym w szczególności zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.
7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.
9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.
10. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz Podwykonawców z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku Wykonawcy.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez Podwykonawcę.

§ 7.

Wartość umowy, zapłata ceny

1. Wartość umowy opiewa na kwotę (słownie:) w tym stawka VAT..... % .
Wartość netto (słownie)
2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych netto /powiększonych o podatek VAT/ określonych w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr do umowy.
3. Ceny jednostkowe netto towarów objętych niniejszą umową określone w załączniku nr (formularzu cenowym), będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy.
4. Zapłata ceny za dostarczenie towaru nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze lub rachunku.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w § 7 ust. 5, przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
7. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

§ 8.

Zmiana wierzyciela

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm./.

§ 9.

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru w całości lub w części Zamawiający naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
5. W przypadku nie zachowania przez Wykonawcę terminu na dostarczenie towaru wolnego od wad, o którym mowa w **§ 5 ust. 3**, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 10.

Rozstrzygnięcie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Prawo właściwe, język, zmiany umowy

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 144 ustawy prawo zamówień Publicznych.
5. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian (nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek zapłaty podatku leży po stronie Zamawiającego),
 - 2) W przypadku niewykorzystania ilości określonych w umowie - możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy nie dłużej jednak niż o 1 miesiąc, za zgodą obu stron.
 - 3) Dopuszcza się zmianę przedmiotu umowy, tj. zastąpienie przedmiotu umowy innym równoważnym produktem o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż wykazane w ofercie (z zastrzeżeniem, że cena tego produktu nie ulegnie podwyższeniu) z zastrzeżeniem, iż spełnione zostaną parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ. Powyższa zmiana możliwa jest jedynie w przypadku:
 - a) definitywnego wycofania przedmiotu umowy z obrotu lub wykreślenia z rejestru wyrobów medycznych
 - b) zaprzestania wytwarzania przedmiotu umowy;

c) przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego pod względem technologicznym.

6. Zmiany dokonane z naruszeniem ust. 3,4 oraz 5 niniejszego § są nieważne.

§ 12.

Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - część nr

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - część nr

Akceptuję pod względem finansowym:

.....
(Podpis Głównego Księgowego)

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 23 do SIWZ

UMOWA /wzór/ - depozyt - dotyczy części nr 7,8**Zakup i dostawa sprzętu do wykonywania koronarografii i zabiegów angioplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego****Część nr**

Zawarta w dniu pomiędzy:

Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przy ulicy Lekarskiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031259, reprezentowanym przez:.....
(zwanym dalej „Zamawiającym”)a firmą z siedzibą w przy ul.
wpisaną do pod nr, reprezentowaną przez :

1.
2.

(zwaną dalej “Wykonawcą”)

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm./, o następującej treści:**§ 1.****Przedmiot umowy, okres obowiązywania**

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność towarów będących przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za zużyty towar.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
3. Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i korzystania z przedmiotu umowy (jeżeli przedmiot umowy tego wymaga).
4. Termin realizacji umowy - 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
5. Zamawiający będzie zamawiał towar w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb Szpitala.
6. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstępniem od umowy w całości lub w części.
7. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

§ 2.**Warunki dostawy**

1. W terminie 2 dni roboczych (za dzień roboczy uważa się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy), liczonych od otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie powierzyć Zamawiającemu asortyment protokolarnie w depozyt.
2. Miejscem złożenia depozytu jest Magazyn Depozytowy mieszczący się w Oddziale Kardiologii z Odcinkiem Jednego Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia z Pracownią Elektroterapii i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego R.Sz.S. w Radomiu.
3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest Kierownik Sekcji Zaopatrzenia nr tel. (48) 361-52-86 oraz Kierownik Oddziału Kardiologicznego z Odcinkiem Jednego Dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia z

- Pracownią Elektroterapii i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego R.Sz.S. w Radomiu, nr tel. 48 361 53 81.
4. Wykonawca zachowuje prawo własności powierzonych materiałów.
 5. Wraz z zakończeniem trwania depozytu lub okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest wydać materiały pozostające w depozycie Wykonawcy. Fakt ten należy potwierdzić protokolarnie.
 6. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu, warunków, w których materiały są przechowywane oraz zgłaszania postulatów ich zmiany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 7. Asortyment zostanie dostarczony Wykonawcy opakowany i zabezpieczony w sposób odpowiadający ich właściwościom.
 8. Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę o fakcie wykorzystania depozytu w terminie 3 dni roboczych od jego wykorzystania.
 9. Rozliczenie magazynu depozytowego będzie następowało na podstawie raportu zużycia, którego kopia będzie przesyłana do Wykonawcy. Wykonawca na podstawie raportu zużycia wystawi Zamawiającemu fakturę/rachunek obejmującą elementy wyszczególnione w raporcie. Uzupełnienie Depozytu będzie się odbywało na podstawie raportu zużycia wystawionego przez Zamawiającego, o towar określony w tym raporcie w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania raportu. Uzupełnienie depozytu o inne elementy nie ujęte w raporcie zużycia będzie dokonywane na pisemne zamówienie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. Wzór raportu zużycia zostanie określony przez Wykonawcę w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
 10. Wymiana i zwrot produktów:
 - 1) Produkty dostarczone w depozyt muszą mieć termin ważności zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 umowy.
 - 2) Wykonawca ma prawo do wymiany 1 raz w miesiącu na swój koszt produktów objętych depozytem, jeżeli okres pozostały do upływu terminu ważności w chwili wymiany wynosi 6 m-cy i mniej.
 - 3) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiającemu w każdym czasie przysługuje prawo do zwrotu Wykonawcy produktów, co do których okres pozostały do upływu terminu ważności wynosi 6 m-cy lub mniej. Fakt ten należy potwierdzić protokolarnie.
 - a) Wykonawca zobowiązuje się produkty zwracane przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego paragrafu, odebrać od Zamawiającego na własny koszt w terminie 4 dni od zgłoszenia takiego zwrotu oraz uzupełnić depozyt w tym samym dniu produktami posiadającymi termin ważności zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 umowy.
 - b) Wykonawcy nie przysługuje prawo do wystawienia faktury lub rachunku za produkty, które utraciły termin ważności lub przydatności.
 11. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest nr faxu i e-mailu, na które będą przesyłane zlecenia:.....

§ 3.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw

autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
2. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, nie później jednak niż w ciągu **7 dni** roboczych (za dzień roboczy uważa się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili zrealizowania dostawy.
3. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu **7 dni roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
4. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § w odniesieniu do gwarancji i rękojmi będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 5.

Podwykonawcy (jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca zleca pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena umowna przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą, część czynności objętych umową Podwykonawcy:
a) Firmie..... z siedzibą NIP, nr konta bankowego, w zakresie
2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.
5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność wraz z gwarancją za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, elementy umowy, w tym w szczególności zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.
7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.
9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.
10. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz Podwykonawców z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku Wykonawcy.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez Podwykonawcę.

§ 6.

Wartość umowy, zapłata ceny

1. Wartość umowy opiewa na kwotę **zł brutto** (słownie:) w tym podatek VAT%. Wartość netto (słownie:)
2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych netto określonej w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr do umowy, powiększonych o podatek VAT wg. stawki określonej w formularzu cenowym.
3. Cena jednostkowa netto towaru objętego niniejszą umową, określona w formularzu cenowym, będzie niezmiennie obowiązywać przez cały okres trwania umowy.
4. Termin płatności strony ustaliły w ciągu 60 dni licząc od daty wystawienia faktury lub rachunku przez Wykonawcę. Warunkiem zapłaty i uznania faktury lub rachunku przez Zamawiającego jest prawidłowe zrealizowanie dostawy zamówionego towaru.
5. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze lub rachunku. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w § 6 ust. 4, przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
7. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

§ 7.

Zmiana wierzyciela

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm./.

§ 8.

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru w całości lub w części Zamawiający naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przez którąkolwiek ze stron, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego przez którąkolwiek ze stron, zapłaci on Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku nie zachowania przez Wykonawcę terminu na dostarczenie towaru wolnego od wad, o którym mowa w **§ 4 ust. 3**, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 9.

Rozstrzygnięcie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Prawo właściwe, język, zmiany umowy

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 144 ustawy prawo zamówień Publicznych.
5. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian (nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek zapłaty podatku leży po stronie Zamawiającego),
 - 2) W przypadku niewykorzystania ilości określonych w umowie - możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy nie dłużej jednak niż o 1 miesiąc, za zgodą obu stron.
 - 3) Dopuszcza się zmianę przedmiotu umowy, tj. zastąpienie przedmiotu umowy innym równoważnym produktem o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż wykazane w ofercie (z zastrzeżeniem, że cena tego produktu nie ulegnie podwyższeniu) z zastrzeżeniem, iż spełnione zostaną parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ. Powyższa zmiana możliwa jest jedynie w przypadku:
 - a) definitywnego wycofania przedmiotu umowy z obrotu lub wykreślenia z rejestru wyrobów medycznych
 - b) zaprzestania wytwarzania przedmiotu umowy;
 - c) przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego pod względem technologicznym.
6. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3, 4 oraz 5 niniejszego § są nieważne.

§ 11.

Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - część nr ...

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - część nr

Akceptuję pod względem finansowym:

.....

(*podpis Głównego Księgowego*)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA