



RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. dr Tytusa Chałubińskiego

26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl

NIP 796-00-12-187

REGON: 000315086

Sekcja Zamówień Publicznych

przetargi.rszs.radom.regiony.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

tel.: (048) 361-52-83, 361-52-84, fax 361-52-13

e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl

RSS/SZP/Z-4/2017

Radom, dnia 02.05.2017 r.

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy zamówienia: zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w postępowaniu uproszczonym prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Zamawiający - Radomski Szpital Specjalistyczny im dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4 udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, złożone w niniejszym postępowaniu, a mianowicie:

1. Pytanie nr 1 :

Czy zamawiający dopuści stół na kolumnie elektrycznej, zasilany bateryjnie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stołu na kolumnie elektrycznej, zasilanego bateryjnie, ze względu na ponoszenie dodatkowych kosztów eksploatacyjnych związanych z okresową wymianą akumulatorów.

2. Pytanie nr 2 :

Czy zamawiający dopuści wielkość blatu 80x207cm i strefie przeziernej 80cm x 157cm?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje wymiary stołu i zmienia zapis w pkt.1 ppkt. 6 Zapytania ofertowego:

Blat stołu z:

- Wymiary ≥ 2100 mm x 670 mm,

Na:

- Wymiary ≥ 2070 mm x 650 mm,

Zmienia też zapis w wartość wymagana jako parametr oceniany:

na :

≥ 2070 mm - 2150 - 0 pkt.

2151 mm - 2199 mm - 5 pkt.

≥ 2200 - 10 pkt.

Szerokość blatu stołu mieści się w wymaganiach Zamawiającego.

3. Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przesunie termin składania ofert na 10 maja 2017 roku?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni terminu składania ofert ze względu na pilną potrzebę zakupu w/w stołu.

4. Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści stół rentgenowski o wymiarach blatu: 560mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści stołu o w/w wymiarach, ponieważ parametry oferowane znacznie odbiegają od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

5. Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści stół rentgenowski o dopuszczalnym obciążeniu 180kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści stołu o w/w obciążeniu, ponieważ parametry oferowane znacznie odbiegają od parametrów wymaganych.

W załączeniu: zmienione strony zapytania ofertowego które są obowiązujące.

Z-CZ DYREKTORA
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Dr. Witosa Chalubińskiego w Radomiu
Dziśki Szpitalnyjnych

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Sporządziła - Piechota Anita

(...)

Zapytanie ofertowe po zmianach z dnia 02.05.2017 r.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego po zmianach z dnia 02.05.2017 r.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Producent:		
	Nazwa / typ:		
	Parametr wymagany	Wartość wymagana / Punktacja	Parametry oferowane
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2017	TAK	
2.	Stół objęty certyfikatem CE.	TAK	
3.	Stół mobilny, do zadań diagnostycznych z niedzielonym, przeziernym blatem dla promieni RTG.	TAK Opisać	
4.	Stół z asymetrycznym ustawieniem kolumny podpierającej blat stołu (w oparciu o rysunek z załącznika nr 1)	TAK	
5.	Stół o regulowanej hydraulicznie wysokości z centralnym sterowaniem pedałowym z obydwóch stron stołu, pozwalające na centralne włączanie i zwalnianie hamulców	TAK Opisać	
6.	Blat stołu: - Wartość Al <1,5mm, - Wymiary ≥ 2070 mm x 650 mm,	TAK (opisać) Wymiary blatu stołu: ≥ 2070 mm - 2150 - 0 pkt. ≥ 2151 mm - 2199 mm - 5 pkt. ≥ 2200 - 10 pkt. Szerokość ≥ 650 mm - Bez oceny	
7.	Wózek stołu: - Regulacja wysokości w przedziale nie mniejszym niż 680 mm do 850 mm - Obciążenie dopuszczalne przez pacjenta: ≥ 225 kg	TAK Opisać	
Inne wymagania			
8.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy.	TAK	



PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

9.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 miesiące	TAK Podstawowa gwarancja - 24 miesiący - 0 pkt. 36 miesiący - 5 pkt. 48 miesiący - 10 pkt.	
----	--	---	--

