



**RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. Dr Tytusa Chałubińskiego

26-610 Radom, ul. Lekarska 4

Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia

[www.szpital.radom.pl](http://www.szpital.radom.pl); [zampubl@rszs.regiony.pl](mailto:zampubl@rszs.regiony.pl)

NIP: 796-00-12-187

tel.: (048) 361-52-85, 361-52-84

REGON: 000315086

fax.: (048) 361-52-13

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-38/...../2015

Radom, dnia 14.09.2015

### Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207.000,00 Euro **na zakup i dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyń Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.**

Zamawiający – Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4, zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy (pkt. I) złożone w niniejszym postępowaniu

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy: Część nr 34 - System do trombolizy**

#### 1. Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny, cewnik do trombolizy z opatentowaną technologią szczelin zapewniającą jednostajną dystrybucję płynów w miejscu skrzepliny. W standardowych cewnikach wycina się otwory, co powoduje ubytek materiału i prowadzi do spadku wytrzymałości cewnika. Zastosowany w cewnikach Uni Fuse system szczelin nie wpływa na jego osłabienie i pozwala na większy nacisk podczas wprowadzania.

średnica 4F, dostępny w długościach 90 cm i 135 cm

ze szczelinami bocznymi na długości 5, 10 i 20 cm

średnica 5F, dostępny w długościach 45 cm, 90 cm i 135 cm

ze szczelinami bocznymi na dystansie: 5, 10, 20, 30, 40 i 50 cm

kompatybilny z przewodnikiem 0,035"

dwa markery proksymalny i dystalny

**Odpowiedź:** W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**DYREKTOR**  
Radomski Szpital Specjalistyczny  
im. Dr Tytusa Chałubińskiego  
w Radomiu

MAREK PACYNA  
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Sporządziła- *Justyna Kępczyńska*