

RSS/SZP/P-14/2020

**RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. dr. Tytusa Chałubińskiego

26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl

NIP 796-00-12-187

REGON: 000315086

Sekcja Zamówień Publicznych**26-610 Radom, ul. Lekarska 4**

e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl

tel.: (048) 361-52-83, 361-52-84, fax 361-52-13

Znak sprawy: RSS/SZP/P-14/2020

Radom, dn. 19.03.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

**Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz
Poradni Chirurgii Szcękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń
Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”**

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 214 000 euro

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz oferty
Załącznik nr 3 Oświadczenie
Załącznik nr 4-8 Specyfikacja techniczna /część nr 1-5/
Załącznik nr 9 Wzór umowy
Załącznik nr 10 Klauzula informacyjna

Sporządziła: Izabela Włodek

RSS/SZP/P-14/2020

KARTA UZGODNIENÍ

do postępowania nr RSS/SZP/P-14/2020

**Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn.
„Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”**

Sporządzający SIWZ:

Izabela Włodek

.....
(podpis)Uzgadniam pod względem wymaganego
Zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Andrzej Gajda

.....
(Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa)Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie
środków finansowych

Dorota Ciekąła

.....
(Główny Księgowy)Potwierdzam, że treść siwz jest zgodna
pod względem formalno - prawnym

Jolanta Lesisz

.....
(Radca Prawny)Potwierdzam, że warunki postępowania zostały
uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową
i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

Anna Skwarczyńska

.....
(Przewodniczący Komisji Przetargowej)

Zatwierdzam przedłożone dokumenty
i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowania

Marek Pacyna

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

RSS/SZP/P-14/2020

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Adres: ul. Lekarska 4, 26-610 Radom

Tel: +48 48 361-52-83, 361-52-84

Fax: +48 48 361-52-13

E-mail: zampubl@rszs.regiony.plAdres strony internetowej: szpital.radom.pl/zamowienie

NIP: 796-00-12-187

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 euro.

2.2. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

2.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.2.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Szcękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”

Część nr 1 - Unit stomatologiczny wraz z wyposażeniem - 1 kpl.

Część nr 2 - Endometr wraz z wyposażeniem - 1 kpl.

Część nr 3 - Unit stomatologiczny chirurgiczny wraz z wyposażeniem - 2 kpl.

Część nr 4 - Ssak mobilny wraz z wyposażeniem - 1 kpl.

Część nr 5 - Trzyszufladowy asystor do unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem - 3 kpl.

3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

3.3. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej SIWZ „przedmiotem zamówienia”.

3.4. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

Nazwa części	Kod CPV
Część nr 1 - Unit stomatologiczny wraz z wyposażeniem - 1 kpl.	33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
Część nr 2 - Endometr wraz z wyposażeniem - 1 kpl.	33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
Część nr 3 - Unit stomatologiczny chirurgiczny wraz z wyposażeniem - 2 kpl.	33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
Część nr 4 - Ssak mobilny wraz z wyposażeniem - 1 kpl.	33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
Część nr 5 - Trzyszufladowy asystor do unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem - 3 kpl.	33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

3.8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

3.9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

RSS/SZP/P-14/2020

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **do 45 dni od daty zawarcia umowy.**

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5, pkt. 1 ustawy PZP:

5.2.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

5.3. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.

Informacje zawarte w złożonym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

6.1.2. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy przedłożyć wypełnioną specyfikację techniczną, według wzoru określonego w załączniku nr 4-8 do SIWZ zgodnie z oferowaną częścią.

6.1.3. pełnomocnictwo - w oryginale.

6.1.4. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego do oferty należy przedłożyć katalogi potwierdzające posiadanie przez oferowany sprzęt, parametrów wymaganych przez Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), dla parametrów określonych w:

- Część nr 1 - poz. 1-26
- Część nr 2 - poz. 1-7
- Część nr 3 - poz. 1-33
- Część nr 4 - poz. 1-8
- Część nr 5 - poz. 1-10

W przypadku braku zamieszczenia w dostarczonym przez wykonawcę katalogu, informacji potwierdzających spełnienie przez oferowany sprzęt, wskazanych przez Zamawiającego parametrów wymaganych, wprowadza się wymóg dostarczenia oświadczenia producenta, w którym producent potwierdzi posiadanie przez oferowany sprzęt parametrów wymaganych przez Zamawiającego w w/w zakresie.

6.1.5. dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 19.4.2 - 19.4.5).

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

RSS/SZP/P-14/2020

6.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. dotyczące podwykonawców.

6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.4.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.4.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp: nie dotyczy.

6.4.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp:

a) Aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności lub zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186), potwierdzające, że oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym - dotyczy wszystkich części.

6.5. Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.5.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

6.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

6.5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków, gdy umowa została załączona do oferty).

RSS/SZP/P-14/2020

6.5.4. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie również wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.

6.6. Podwykonawcy:

6.6.1. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 9).

6.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1126 ze zm.).

6.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346/. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w złożonej ofercie jednoznacznie i wyczerpująco źródła (adresu) bazy danych lub postępowania, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

6.10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną. Oferty, umowy oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej SIWZ Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej.

7.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym że informacje przekazane za pomocą drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

7.3. Adres na jaki należy kierować wszelką korespondencję w sprawie postępowania to:

**Radomski Szpital Specjalistyczny
Sekcja Zamówień Publicznych
26-610 Radom ul. Lekarska 4
zampubl@rszs.regiony.pl**

7.4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

P. Anna Skwarczyńska - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - tel. 48 361-52-83

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

8.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

8.3. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

8.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

9.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale.

9.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.6. Oświadczenia Wykonawców czy podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

9.7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 9.4. zdanie 4.

9.8. Wymaga się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny być datowane i parafowane przez Wykonawcę.

9.9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.10. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010/" i dołączone do oferty, wymaga się aby były trwale, ale oddzielnie spięte. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one

RSS/SZP/P-14/2020

udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 7). W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, są jawne na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych lub gdy wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone informacje.

9.11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

9.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.13. Oferta musi obejmować całość zamówienia w ramach oferowanej części.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytanie oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (szpital.radom.pl/zamowienie), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, **nie później niż: do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 26.03.2020 r.**

10.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

10.3. Pytania należy kierować na adres: **Radomski Szpital Specjalistyczny Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom ul. Lekarska 4 Fax.: 48 361-52-13 zampubl@rszs.regiony.pl**

10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

10.7. Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ **nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia** o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: (szpital.radom.pl/zamowienie).

10.9. **Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem, o którym mowa w pkt. 10.1.**

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

11.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy również uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem pkt. 11.6 SIWZ.

11.3. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

11.4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

11.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

RSS/SZP/P-14/2020

11.6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 309A /Seksja Zamówień Publicznych/, III piętro w terminie do 02.04.2020 r., godz. 09:00.

12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane „P-14/2020 Oferta na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”. Nie otwierać przed dniem 02.04.2020 r., godz. 09:30”

12.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

12.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

13.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/ IV piętro w dniu 02.04.2020 r., o godz. 09:30.

13.2. Otwarcie ofert jest jawne.

13.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie szpital.radom.pl/zamowienie informacje dotyczące:

- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- Dotyczy wszystkich części:

Lp.	Kryterium oceny ofert	Waga kryterium
1.	Cena	60%
2.	Gwarancja	40%

RSS/SZP/P-14/2020

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

14.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

14.2.1. OCENA OFERT W KRYTERIUM „CENA”:

a) Wartość punktowa dla kryterium „Cena” będzie wyliczana według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa} = C \text{ min} / C \text{ of} \times W \times 100$$

C min - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

C of - cena brutto oferty badanej

W - Waga ocenianego kryterium

b) UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „CENA” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł) podana w pkt. 1 formularza oferty.

c) W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max. 60 punktów.

14.2.2. OCENA OFERT W KRYTERIUM „GWARANCJA”:

a) Wartość punktowa dla kryterium „Gwarancja” będzie wyliczana według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa} = G \text{ z} / G \text{ max} \times W \times 100$$

G z- liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną

G max- najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia

W- Waga ocenianego kryterium

b) UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „GWARANCJA” będzie brany pod uwagę okres gwarancji wskazany w pkt. 13 formularza oferty.

c) W zakresie kryterium „GWARANCJA” oferta może uzyskać max 40 punktów.

1) Sposób przyznania punktów za parametry oceniane:

a) Na ocenę ofert w kryterium „gwarancja” będzie się składać wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji, a Zamawiający przyzna punktację w następujący sposób:

- Za zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji - 0 pkt.
- Za zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji - 10 pkt.

2) Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt. w przypadku, gdy:

a) oferta wykonawcy będzie niejednoznaczna tj. nie zostanie wypełniony oferowany okres gwarancji w pkt. 13 formularza oferty lub okres gwarancji podany przez wykonawcę w formularzu oferty a wynikający z treści oferty będzie rozbieżny, zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 24 m-cy i przyzna ofercie 0 pkt.

3) Zamawiający nie dopuszcza wskazania innego okresu gwarancji niż 24 lub 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania innych okresów niż określone powyżej oferta wykonawcy zostanie **odrzucona**.

14.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + G$$

gdzie:

L - całkowita liczba punktów,

C - punkty uzyskane w kryterium „CENA”,

G - punkty uzyskane w kryterium „GWARANCJA”

14.4. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie

RSS/SZP/P-14/2020

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

14.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty).

15.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

15.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.2. Wszelkie postanowienia umowy wraz z dopuszczalnymi zmianami umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Odwołanie

17.1 Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

17.2 Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust. 2 Prawo zamówień Publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego;
- 4) opisu przedmiotu zamówienia;
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

RSS/SZP/P-14/2020

17.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. ustawy Pzp.

17.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 17.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2. ustawy Pzp

17.9. Odwołanie wnosi się:

- w terminie **5 dni** od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

17.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- **5 dni** od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

17.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.9 i 17.10 wnosi się:

- W terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

17.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

17.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Skarga do sądu

17.14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

17.16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

18. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

18.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

18.3. Zasada jawności, o której mowa w ust. 19.2. ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9, ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

18.4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679”.

RSS/SZP/P-14/2020

18.5. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.6. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

18.7. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

18.8. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

18.9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

19.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie Wadium.

19.2. Zamawiający określa wadium w wysokości:

Nazwa części	Kwota w PLN
Część nr 1 - Unit stomatologiczny wraz z wyposażeniem - 1 kpl.	1 124,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia cztery złote, zero groszy)
Część nr 2 - Endometr wraz z wyposażeniem - 1 kpl.	80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych, zero groszy)
Część nr 3 - Unit stomatologiczny chirurgiczny wraz z wyposażeniem - 2 kpl.	2 370,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych, zero groszy)
Część nr 4 - Ssak mobilny wraz z wyposażeniem - 1 kpl.	109,00 zł (słownie: sto dziewięć złotych, zero groszy)
Część nr 5 - Trzyszufladowy asystor do unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem - 3 kpl.	111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych, zero groszy)

19.3. Wadium musi być wniesione do dnia 02.04.2020 r. do godz. 09:00.

19.4. Wadium można wnieść w następujących formach, w:

19.4.1. pieniądzu. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S. A. I o/Radom 30 1240 1789 1111 0000 0777 0652

19.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

19.4.3. gwarancjach bankowych,

19.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

19.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

19.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium - P-14/2020, część nr”.

19.6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

19.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone są w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 46 ustawy pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”

Część nr 1 - Unit stomatologiczny wraz z wyposażeniem - 1 kpl.

L. p.	Parametr/Warunek	Parametry wymagane (minimalne)
1.	Unit stomatologiczny, fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2020.	TAK
FOTEL Z ZAWIESZONYM BLOKIEM SPLUWACZKI		
2.	Zakres ruchu 37-80 cm	TAK podać
3.	Udźwig nie mniej niż 190 kg	TAK podać
4.	Oparcie metalowe, szerokie.	TAK podać
5.	Zagłówek z blokadą pneumatyczną, praca w trzech płaszczyznach oraz z blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie.	TAK podać
KONSOLA LEKARSKA		
6.	Strzykawka 3-funkcyjna	TAK
7.	Mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem LED - regulacja obrotów od 100 do 40 000 obrotów na min. 3,3 Ncm	TAK podać
8.	Kątnica mikrosilnika 1:1 szt.1	TAK podać
9.	Kątnica turbinowa ze światłem LED	TAK podać
10.	Skaler piezoelektryczny z czterema ostrzami	TAK podać
11.	Rękaw turbinowy (midwest) ze światłem LED	TAK podać
12.	Lampa polimeryzacyjna -zmienny kształt rękojeści (prosta/łamana), sześć programów pracy, max 2200 mW/cm ²	TAK podać
BLOK SPLUWACZKI		
13.	wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną misę spluwaczki, zdejmowaną, z możliwością obrotu o 270°	TAK podać
14.	Wewnętrzny obieg wody destylowanej.	TAK podać
15.	Ślinociąg wodny	TAK podać

WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK NOŻNY		
16.	Wersja bezprzewodowa	TAK podać
KRZESEŁKO LEKARSKIE		
17.	Z oparciem na lędźwie lub z podłokietnikiem	TAK podać
LAMPA POŁA PRACY		
18.	Wykonana w technologii LED (biała dioda).	TAK podać
19.	Płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50000 lux,	TAK podać
20.	Bezdotykowa obsługa	TAK podać
21.	Demontowalne i sterylizowalne nasadki uchwytów	TAK podać
KOMPRESOR		
22.	2-cylindrowy, bezolejowy, z osuszaczem	TAK podać
23.	Wydajność nie mniej niż 115l/min	TAK podać
24.	Głośność 71dB ± 2 dB	TAK podać
25.	Wymiary:720x460x565 mm ± 80 mm	TAK podać
26.	Dedykowany do pracy dla 2-3 stanowisk	TAK podać
L.p.	Inne	
1.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK
2.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce	TAK
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	Opisać
4.	Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK
5.	Deklaracje zgodności. Certyfikaty i dopuszczenia.	TAK
6.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat	TAK Opisać
7.	Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty	TAK Opisać
8.	Czas naprawy urządzenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych.	TAK

9.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Część nr 2 - Endometr wraz z wyposażeniem - 1 kpl.

L. p.	Parametr/Warunek	Parametry wymagane (minimalne)
1.	Endometr, fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2020.	TAK
2.	Przyrząd z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym (akumulator - NiMH2,V).	TAK podać
3.	Element użytkowy typ BF.	TAK podać
4.	Wielkość ekranu 3,5"	TAK podać
5.	Zasilanie prądowe: akumulator NiMH 2,4 V	TAK podać
6.	Zewnętrzna ładowarka: wejście: 120 V/ 50-60 Hz lub 230 V / 50-60 Hz	TAK podać
7.	Wyjście: prąd stały 6 V	TAK podać
L. p.	Inne	
1.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK
2.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce	TAK
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	Opisać
4.	Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK
5.	Deklaracje zgodności. Certyfikaty i dopuszczenia.	TAK
6.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat	TAK Opisać
7.	Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty	TAK Opisać
8.	Czas naprawy urządzenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych.	TAK
9.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK

RSS/SZP/P-14/2020

Część nr 3 - Unit stomatologiczny chirurgiczny wraz z wyposażeniem - 2 kpl.

L. P.	Parametr/Warunek	Parametry wymagane (minimalne)
1	Unit stomatologiczny, fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2020.	TAK
FOTEL Z ZAWIESZONYM BLOKIEM SPLUWACZKI SZT.2		
2	Zakres ruchu 37-80 cm	TAK podać
3	Udźwig nie mniej niż 190 kg	TAK podać
4	Oparcie metalowe, szerokie.	TAK podać
5	Zagłówek z blokadą pneumatyczną, praca w trzech płaszczyznach oraz z blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie.	TAK podać
6	VACUM STOP - włączenie i wyłączenie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela	TAK podać
KONSOLA LEKARSKA SZT.2		
7	Rękawy montowane od góry	TAK
8	Strzykawka 3-funkcyjna	TAK
9	Mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem LED - regulacja obrotów od 100 do 40 000 obrotów na min. 3,3 Ncm	TAK podać
10	Kątnica mikrosilnika 1:1 szt.1	TAK podać
11	Drugi moduł mikrosilnika ze światłem LED - regulacja obrotów od 100 do 40 000 obrotów na min., 3,3 Ncm	TAK podać
12	Prostnica chirurgiczna	TAK podać
13	Rękaw turbinowy (midwest) ze światłem LED	TAK podać
14	Kątnica turbinowa ze światłem LED	TAK podać
BLOK SPLUWACZKI SZT.2		
15	wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną misę spluwaczki, zdejmowaną, z możliwością obrotu o 270°	TAK podać
16	Dwa rękawy ssakowe 16mm i 11mm z przejściówkami	TAK podać
17	Zawory selektywne uaktywniające pracę tylko jednego rękawa ssakowego do wyboru	TAK podać
18	Wewnętrzny obieg wody destylowanej.	TAK podać

WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK NOŻNY SZT.2		
19	Wersja bezprzewodowa	TAK podać
KRZESEŁKO LEKARSKIE SZT.2		
20	Z oparciem na lędźwie lub z podłokietnikami	TAK podać
LAMPA POŁA PRACY SZT.2		
21	Wykonana w technologii LED (biała dioda).	TAK podać
22	Płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50000 lux,	TAK podać
23	Bezdotykowa obsługa	TAK podać
24	Demontowalne i sterylizowalne nasadki uchwytów	TAK podać
KOMPRESOR SZT.1		
25	2-cylindrowy, bezolejowy, z osuszaczem	TAK podać
26	Wydajność nie mniej niż 115l/min	TAK podać
27	Głośność 71dB ± 2 dB	TAK podać
28	Wymiary:720x460x565 mm ± 80 mm	TAK podać
29	Dedykowany do pracy dla 2-3 stanowisk	TAK podać
POMPA SSĄCA SZT.1		
30	Maksymalny przepływ 1400 l/min	TAK podać
31	Moc 1,5kW	TAK podać
32	Poziom ciśnienia akustycznego powietrza 68,2 dB ± 2 dB	TAK podać
33	Dedykowana do pracy dla 2-3 stanowisk	TAK podać
Lp.	Inne	
1.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK
2.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce	TAK
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	Opisać

RSS/SZP/P-14/2020

4.	Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK
5.	Deklaracje zgodności. Certyfikaty i dopuszczenia.	TAK
6.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat	TAK Opisać
7.	Okresowe przeglądy techniczne, nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty	TAK Opisać
8.	Czas naprawy urządzenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych.	TAK
9.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK

Część nr 4 - Ssak mobilny wraz z wyposażeniem - 1 kpl.

L. P.	Parametr/Warunek	Parametry wymagane (minimalne)
1.	Ssak mobilny, fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2020.	TAK
2.	Dentystyczny mobilny ssak chirurgiczny współpracujący z unitami stomatologicznymi, które nie posiadają systemów ssących i separujących. Przeznaczony na potrzeby praktyki stomatologicznej do odsysania, separacji i pochłaniania odpadów do wbudowanego pojemnika separacyjnego.	TAK podać
3.	Maksymalny przepływ 1100 lit.min-1	TAK podać
4.	Maksymalne podciśnienie 12 kPa	TAK podać
5.	Głośność/Poziom hałasu ≤ 48 dB [A]	TAK podać
6.	Masa do 38 kg	TAK podać
7.	Napięcie znamionowe/częstotliwość 230V/ 50(60)Hz, 110V/ 60Hz	TAK podać
8.	Wymiary (sz x g x w) 565x350x860 mm +/- 10 mm	TAK podać
L.p.	Inne	
1.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK
2.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce	TAK
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	Opisać
4.	Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK
5.	Deklaracje zgodności. Certyfikaty i dopuszczenia.	TAK

6.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat	TAK Opisać
7.	Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty	TAK Opisać
8.	Czas naprawy urządzenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych.	TAK
9.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK

Część nr 5 - Trzyszufladowy asystor do unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem - 3 kpl.

L. p.	Parametr/Warunek	Parametry wymagane (minimalne)
1.	Trzyszufladowy asystor do unitu stomatologicznego, fabrycznie nowy nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych rok produkcji nie starszy niż 2020.	TAK
2.	Fronty lakierowane na wysoki połysk.	TAK podać
3.	Ramka dookoła szklanego blatu wykonana z mlecznego lacobelu.	TAK podać
4.	Ramka dookoła szklanego blatu wykonana z profilowanych listw aluminiowych.	TAK podać
5.	Funkcja cichego domyku typu SOFT CLOSE.	TAK podać
6.	Podstawa asystora w kolorze metal chrom.	TAK podać
7.	Blat wykonany w całości ze szkła mlecznego.	TAK podać
8.	Pneumatycznie regulowana wysokość.	TAK podać
9.	Kółka kauczukowo-plastikowe.	TAK podać
10.	Wysokiej jakości system szuflad ze stali.	TAK podać
L.p.	Inne	
1.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK
2.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce	TAK
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	Opisać
4.	Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK

RSS/SZP/P-14/2020

5.	Deklaracje zgodności. Certyfikaty i dopuszczenia.	TAK
6.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat	TAK Opisać
7.	Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty	TAK Opisać
8.	Czas naprawy urządzenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych.	TAK
9.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Adres*

Tel.*:

Adres poczty elektronicznej*

Regon*

NIP*

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy - Pełnomocnika)

Radomski Szpital Specjalistyczny
im. dr. Tytusa Chałubińskiego
ul. Lekarska 4
26 - 610 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 euro na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

- **Część nr 1 Unit stomatologiczny wraz z wyposażeniem - 1 kpl.**
za cenę:zł brutto, (słownie:.....)
- w tym stawka podatku VAT%.
- **Część nr 2 Endometr wraz z wyposażeniem - 1 kpl.**
za cenę:zł brutto, (słownie:))
- w tym stawka podatku VAT%.
- **Część nr 3 Unit stomatologiczny chirurgiczny wraz z wyposażeniem - 2 kpl.**
za cenę:zł brutto, (słownie:))
- w tym stawka podatku VAT%.
- **Część nr 4 Ssak mobilny wraz z wyposażeniem - 1 kpl.**
za cenę:zł brutto, (słownie:.....))
- w tym stawka podatku VAT%.
- **Część nr 5 Trzyszufladowy asystor do unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem - 3 kpl.**
za cenę:zł brutto, (słownie:.....))
- w tym stawka podatku VAT%.

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

3. Oświadczamy, że akceptujemy zapłatę należności przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku Zamawiającemu.

4. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia: **do 45 dni od daty zawarcia umowy.**

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

RSS/SZP/P-14/2020

6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /jeżeli dotyczy/.

8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

9. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale **podwykonawców***

l.p.	Wykaz części Zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców
1	
..	
....	

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

(Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca skreśla pkt. 10 formularza oferty).

11. Oświadczam, że zapoznałem/em się z klauzulą informacyjną w zakresie RODO zamieszczoną jako załącznik nr 10 do SIWZ.

12. Wykonawca jest małym / średnim/ dużym przedsiębiorcą*

13. Oświadczamy, że oferujemy następujący **termin gwarancji:**

Należy podać oferowaną ilość miesięcy - liczbowo (24 lub 36 miesięcy)

- Część nr 1 -
- Część nr 2 -
- Część nr 3 -
- Część nr 4 -
- Część nr 5 -

14. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

15. Oferta niniejsza zawiera kolejno ponumerowanych stron.

16. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

1. tel. e-mail
2. tel. e-mail

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1.
2.
3.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* *niepotrzebne skreślić*

Wykonawca:

.....
.....

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. P-14/2020 (*nazwa postępowania*), na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” prowadzonego przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

..... (*miejsowość*), dnia r.

.....
(*podpis*)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (*miejsowość*), dnia r.

.....
(*podpis*)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: (*podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (*miejsowość*), dnia r.

.....
(*podpis*)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

*(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)***SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”

Część nr 1 - Unit stomatologiczny wraz z wyposażeniem - 1 kpl.

Producent:

Nazwa / typ:

L. p.	Parametr/Warunek	Parametry wymagane (minimalne)	Parametry oferowane przez Wykonawcę w ramach parametrów wymaganych (minimalne) OPISAĆ DOKŁADNIE
1.	Unit stomatologiczny, fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2020.	TAK	
FOTEL Z ZAWIESZONYM BLOKIEM SPLUWACZKI			
2.	Zakres ruchu 37-80 cm	TAK podać	
3.	Udźwig nie mniej niż 190 kg	TAK podać	
4.	Oparcie metalowe, szerokie.	TAK podać	
5.	Zagłówek z blokadą pneumatyczną, praca w trzech płaszczyznach oraz z blokadą pneumatyczną przesuwu w pion	TAK podać	
KONSOLA LEKARSKA			
6.	Strzykawka 3-funkcyjna	TAK	
7.	Mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem LED - regulacja	TAK	

	obrotów od 100 do 40 000 obrotów na min. 3,3 Ncm	podać	
8.	Kątnica mikrosilnika 1:1 szt.1	TAK podać	
9.	Kątnica turbinowa ze światłem LED	TAK podać	
10.	Skaler piezoelektryczny z czterema ostrzami	TAK podać	
11.	Rękaw turbinowy (midwest) ze światłem LED	TAK podać	
12.	Lampa polimeryzacyjna -zmienny kształt rękajeści (prosta/łamana), sześć programów pracy, max 2200 mW/cm2	TAK podać	
BLOK SPLUWACZKI			
13.	wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną misę spluwaczki, zdejmowaną, z możliwością obrotu o 270°	TAK podać	
14.	Wewnętrzny obieg wody destylowanej.	TAK podać	
15.	Ślinociąg wodny	TAK podać	
WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK NOŻNY			
16.	Wersja bezprzewodowa	TAK podać	
KRZESEŁKO LEKARSKIE			
17.	Z oparciem na lędźwie lub z podłokietnikiem	TAK podać	
LAMPA POLA PRACY			
18.	Wykonana w technologii LED (biała dioda).	TAK podać	

19.	Płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50000 lux,	TAK podać	
20.	Bezdotykowa obsługa	TAK podać	
21.	Demontowalne i sterylizowalne nasadki uchwytów	TAK podać	
KOMPRESOR			
22.	2-cylindrowy, bezolejowy, z osuszaczem	TAK podać	
23.	Wydajność nie mniej niż 115l/min	TAK podać	
24.	Głośność 71dB ± 2 dB	TAK podać	
25.	Wymiary:720x460x565 mm ± 80 mm	TAK podać	
26.	Dedykowany do pracy dla 2-3 stanowisk	TAK podać	
Lp.	Inne		
1.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK	
2.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce	TAK	
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	Opisać	
4.	Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK	
5.	Deklaracje zgodności. Certyfikaty i dopuszczenia.	TAK	

6.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat	TAK Opisać	
7.	Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty	TAK Opisać	
8.	Czas naprawy urządzenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych.	TAK	
9.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK	

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)***SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”

Część nr 2 - Endometr wraz z wyposażeniem - 1 kpl.

Producent:

Nazwa / typ:

Lp.	Parametr/Warunek	Parametry wymagane (minimalne)	Parametry oferowane przez Wykonawcę w ramach parametrów wymaganych (minimalne) OPISAĆ DOKŁADNIE
1.	Endometr, fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2020.	TAK	
2.	Przyrząd z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym (akumulator -NiMH2,V).	TAK podać	
3.	Element użytkowy typ BF.	TAK podać	
4	Wielkość ekranu 3,5"	TAK podać	
5.	Zasilanie prądowe: akumulator NiMH 2,4 V	TAK podać	
6.	Zewnętrzna ładowarka: wejście: 120 V/ 50-60 Hz lub 230 V / 50-60 Hz	TAK podać	
7.	Wyjście: prąd stały 6 V	TAK podać	

L. p.	Inne		
1.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK	
2.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce	TAK	
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	Opisać	
4.	Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK	
5.	Deklaracje zgodności. Certyfikaty i dopuszczenia.	TAK	
6.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat	TAK Opisać	
7.	Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty	TAK Opisać	
8.	Czas naprawy urządzenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych.	TAK	
9.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK	

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)***SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Szcękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”

Część nr 3 - Unit stomatologiczny chirurgiczny wraz z wyposażeniem - 2 kpl

Producent:

Nazwa / typ:

L. P.	Parametr/Warunek	Parametry wymagane (minimalne)	Parametry oferowane przez Wykonawcę w ramach parametrów wymaganych (minimalne) OPISAĆ DOKŁADNIE
1	Unit stomatologiczny, fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2020.	TAK	
FOTEL Z ZAWIESZONYM BLOKIEM SPLUWACZKI SZT.2			
2	Zakres ruchu 37-80 cm	TAK podać	
3	Udźwig nie mniej niż 190 kg	TAK podać	
4	Oparcie metalowe, szerokie.	TAK podać	
5	Zagłówek z blokadą pneumatyczną, praca w trzech płaszczyznach oraz z blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie.	TAK podać	
6	VACUM STOP - włączenie i wyłączenie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela	TAK podać	

KONSOLA LEKARSKA SZT.2			
7	Rękawy montowane od góry	TAK	
8	Strzykawka 3-funkcyjna	TAK	
9	Mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem LED - regulacja obrotów od 100 do 40 000 obrotów na min. 3,3 Ncm	TAK podać	
10	Kątnica mikrosilnika 1:1 szt.1	TAK podać	
11	Drugi moduł mikrosilnika ze światłem LED - regulacja obrotów od 100 do 40 000 obrotów na min., 3,3 Ncm	TAK podać	
12	Prostnica chirurgiczna	TAK podać	
13	Rękaw turbinowy (midwest) ze światłem LED	TAK podać	
14	Kątnica turbinowa ze światłem LED	TAK podać	
BLOK SPLUWACZKI SZT.2			
15	wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną misę spluwaczki, zdejmowaną, z możliwością obrotu o 270°	TAK podać	
16	Dwa rękawy ssakowe 16mm i 11mm z przejściówkami	TAK podać	
17	Zawory selektywne uaktywniające pracę tylko jednego rękawa ssakowego do wyboru	TAK podać	
18	Wewnętrzny obieg wody destylowanej.	TAK podać	
WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK NOŻNY SZT.2			
19	Wersja bezprzewodowa	TAK podać	

KRZESEŁKO LEKARSKIE SZT.2			
20	Z oparciem na lędźwie lub z podłokietnikiem	TAK podać	
LAMPA POLA PRACY SZT.2			
21	Wykonana w technologii LED (biała dioda).	TAK podać	
22	Płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50000 lux,	TAK podać	
23	Bezdotykowa obsługa	TAK podać	
24	Demontowalne i sterylizowalne nasadki uchwytów	TAK podać	
KOMPRESOR SZT.1			
25	2-cylindrowy, bezolejowy, z osuszaczem	TAK podać	
26	Wydajność nie mniej niż 115l/min	TAK podać	
27	Głośność 71dB ± 2 dB	TAK podać	
28	Wymiary:720x460x565 mm ± 80 mm	TAK podać	
29	Dedykowany do pracy dla 2-3 stanowisk	TAK podać	
POMPA SSĄCA SZT.1			
30	Maksymalny przepływ 1400 l/min	TAK podać	
31	Moc 1,5kW	TAK	

		podać	
32	Poziom ciśnienia akustycznego powietrza 68,2 dB ± 2 dB	TAK podać	
33	Dedykowana do pracy dla 2-3 stanowisk	TAK podać	
Lp.	Inne		
1.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK	
2.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce	TAK	
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	Opisać	
4.	Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK	
5.	Deklaracje zgodności. Certyfikaty i dopuszczenia.	TAK	
6.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat	TAK Opisać	
7.	Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty	TAK Opisać	
8.	Czas naprawy urządzenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych.	TAK	
9.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK	

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)***SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”

Część nr 4 - Ssak mobilny wraz z wyposażeniem - 1 kpl.

Producent:

Nazwa / typ:

L. P.	Parametr/Warunek	Parametry wymagane (minimalne)	Parametry oferowane przez Wykonawcę w ramach parametrów wymaganych (minimalne) OPISAĆ DOKŁADNIE
1.	Ssak mobilny, fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2020.	TAK	
2.	Dentystyczny mobilny ssak chirurgiczny współpracujący z unitami stomatologicznymi, które nie posiadają systemów ssących i separujących. Przeznaczony na potrzeby praktyki stomatologicznej do odsysania, separacji i pochłaniania odpadów do wbudowanego pojemnika separacyjnego.	TAK podać	
3.	Maksymalny przepływ 1100 lit.min-1	TAK podać	
4.	Maksymalne podciśnienie 12 kPa	TAK podać	
5.	Głośność/Poziom hałasu ≤ 48 dB [A]	TAK podać	
6.	Masa do 38 kg	TAK	

		podać	
7.	Napięcie znamionowe/częstotliwość 230V/ 50(60)Hz, 110V/ 60Hz	TAK podać	
8.	Wymiary (sz x g x w) 565x350x860 mm +/- 10 mm	TAK podać	
Lp.	Inne		
1.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK	
2.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce	TAK	
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	Opisać	
4.	Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK	
5.	Deklaracje zgodności. Certyfikaty i dopuszczenia.	TAK	
6.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat	TAK Opisać	
7.	Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty	TAK Opisać	
8.	Czas naprawy urządzenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych.	TAK	
9.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK	

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)***SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”

Część nr 5 – Trzyszufladowy asystor do unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem - 3 kpl.

Producent:

Nazwa / typ:

L. P.	Parametr/Warunek	Parametry wymagane (minimalne)	Parametry oferowane przez Wykonawcę w ramach parametrów wymaganych (minimalne) OPISAĆ DOKŁADNIE
1.	Trzyszufladowy asystor do unitu stomatologicznego, fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2020.	TAK	
2.	Fronty lakierowane na wysoki połysk.	TAK podać	
3.	Ramka dookoła szklanego blatu wykonana z mlecznego iacobelu.	TAK podać	
4.	Ramka dookoła szklanego blatu wykonana z profilowanych listw aluminiowych.	TAK podać	
5.	Funkcja cichego domyku typu SOFT CLOSE.	TAK podać	
6.	Podstawa asystora w kolorze metal chrom.	TAK podać	
7.	Blat wykonany w całości ze szkła mlecznego.	TAK podać	

8.	Pneumatycznie regulowana wysokość.	TAK podać	
9.	Kółka kauczukowo-plastikowe.	TAK podać	
10.	Wysokiej jakości system szuflad ze stali.	TAK podać	
Lp.	Inne		
1.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.	TAK	
2.	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce	TAK	
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - podać adres	Opisać	
4.	Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.	TAK	
5.	Deklaracje zgodności. Certyfikaty i dopuszczenia.	TAK	
6.	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat	TAK Opisać	
7.	Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty	TAK Opisać	
8.	Czas naprawy urządzenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych.	TAK	
9.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)	TAK	

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UMOWA - WZÓR

Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”

Zawarta w dniu pomiędzy:

Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przy ulicy Lekarskiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031259, reprezentowanym przez:

Marka Pacynę - Dyrektora

(zwanym dalej "Zamawiającym")

a firmą, wpisaną do, reprezentowaną przez:

.....
.....

(zwaną dalej "Wykonawcą")

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 Euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy, okres obowiązywania

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność sprzętu będącego przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się sprzęt odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie.
2. Termin realizacji umowy: **do 45 dni od daty zawarcia umowy.**
3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

§ 2.

Warunki dostawy

1. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.
2. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za realizację umowy są: Kierownik Działu Zaopatrzenia tel. 48 361-52-86.
3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest nr tel.

§ 3.

Wydanie sprzętu, ubezpieczenie i transport

1. Za dzień wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu uważa się dzień, w którym po wcześniejszym dostarczeniu przedmiotu umowy, uruchomieniu, instruktażu personelu oraz przekazaniu dokumentów wskazanych w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, następuje protokolarne przejęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego. tj. przejęcie potwierdzone protokołem odbioru. Ze strony Zamawiającego protokół odbioru zostanie zatwierdzony przez bezpośredniego użytkownika tj. Kierownika Poradni, Przełożoną Pielęgniarek Poradni Specjalistycznych.
2. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.
3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków

transportu sprzętu do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.

4. Do sprzętu Wykonawca dołączy specyfikację lub ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje.

§ 4.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu.

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Gwarancja jakości, reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt w ramach umowy jest nowy i wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 4, ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu.

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie ze sprzętem:

a) dokument gwarancyjny co do jakości dostarczonego sprzętu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią.

b) wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu,

c) wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

d) instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.

3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wolny od wad. Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać naprawy lub wymiany sprzętu.

4. Zgłaszanie awarii dokonywane będzie przez Zamawiającego telefonicznie na podany przez Wykonawcę nr telefonu

5. Czas naprawy sprzętu nie dłuższy niż **5 dni**, liczonych od chwili zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu w terminie **5 dni** Wykonawca zobowiązany jest w tym terminie zapewnić sprzęt zastępczy na czas naprawy.

6. Termin obowiązywania pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt **wynosi** liczony od daty protokołu odbioru sprzętu. W tym okresie Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z naprawą, przeglądami okresowymi lub wymianą sprzętu z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego §.

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne sprzętu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany sprzętu określonego w umowie.

8. W okresie gwarancji:

- a) przeglądy okresowe: 1 przegląd na 12 miesięcy, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej;
- b) aktualizacje dostarczonego oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji.

9. W okresie gwarancji przeprowadzenie szkolenia z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wynikające z nich przestoje, jeżeli będą one spowodowane błędną obsługą, bądź nie stosowaniem się do instrukcji obsługi sprzętu określonego w umowie.

11. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do naprawy lub wymiany sprzętu i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wolny od wad w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

§ 6.

Podwykonawcy (jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca zleca, pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena umowna przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą, część czynności objętych umową Podwykonawcy:
 - a) Firmie..... z siedzibą NIP, nr konta bankowego
2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.
5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność wraz z gwarancją za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, elementy umowy, w tym w szczególności zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.
7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.
9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.
10. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz Podwykonawców z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku Wykonawcy.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez Podwykonawcę.

§ 7.

Wartość umowy, zapłata ceny

1. Wartość umowy opiewa na kwotę **zł brutto** (słownie:) w tym stawka VAT% . Wartość netto zł, w tym:
2. Zapłata za wykonane usługi nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy Numer konta musi znajdować się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu **30 dni** od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, o którym mowa w §7 ust. 3, przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
5. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

§ 8.

Zmiana wierzyciela

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295/.

§ 9.

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu sprzętu Zamawiający naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. W przypadku ujawnienia nieusuwalnej wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany sprzętu na nowy i wolny od wad. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu sprzętu nowego wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 5 ust. 5 zdanie drugie (tj. 5 dni) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 10.

Rozstrzygnięcie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Prawo właściwe, język, zmiany umowy

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
 - 2) zmiana numeru konta bankowego, zmiany te wymagają aneksu do umowy
6. Zmiany dokonane z naruszeniem ust. 3, 4 oraz 5 niniejszego § są nieważne.

§ 12.

Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznik do umowy:

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna

Akceptuję pod względem finansowym

.....
Główny Księgowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

Sporządziła: Izabela Włodek

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.U.E.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanym dalej RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4
- inspektor ochrony danych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego - dane kontaktowe: -telefon (48) 361-51-68, e-mail: iod@rszs-radom.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.U.E.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanym dalej RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RSS/SZP/P-14/2020 Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Szcękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 tys. euro;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*