



RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. dr Tytusa Chałubińskiego

26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, <http://szpital.radom.pl/zamowienie/>
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

Sekcja Zamówień Publicznych

26-610 Radom, ul. Lekarska 4

zampubl@rszs.regiony.pl

tel.: (048) 361-52-83, 361-52-84, fax 361-52-13

Znak sprawy: RSS/SZP/P-12/2020

Radom, dnia 13.03.2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego**

zakup i dostawa sprzętu (implanty tytanowe pod śruby, ortognatyka, trokary) dla potrzeb
Oddziału Chirurgii Szcękowo Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 214.000 euro

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 Formularz cenowy

Załącznik nr 6 Wzór umowy dostawy

Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna

Sporządziła: Justyna Kapusta

KARTA UZGODNIENÍ

do postępowania nr **RSS/SZP/P-12/2020**
zakup i dostawa sprzętu (implanty tytanowe pod śruby, ortognatyka, trokary) dla potrzeb
Oddziału Chirurgii Szcękowo Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Sporządzający SIWZ:

Justyna Kapusta
(podpis)

Uzgadniam pod względem wymaganego
zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Andrzej Gajda
(Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa)

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie
środków finansowych

Dorota Ciekąła
(Główny Księgowy)

Potwierdzam, że treść siwz jest zgodna
pod względem formalnoprawnym

Jolanta Lesisz
(Radca Prawny)

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały
uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową
i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

Anna Skwarczyńska
(Przewodniczący Komisji Przetargowej)

.....
Zatwierdzam
przedłożone dokumenty
i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowania

Marek Pacyna
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
Adres: ul. Lekarska 4, 26-610 Radom
Tel: +48 48 361-52-83, 361-52-84
Fax: +48 48 361-52-13
E-mail: zampubl@rszs.regiony.pl
Adres strony internetowej: <http://szpital.radom.pl/zamowienie/>
NIP: 796-00-12-187
Nazwa banku i nr konta, na które Wykonawcy mogą wpłacać wadium: PEKAO SA I/O Radom
30 1240 1789 1111 0000 0777 0652

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro**.
2.2. Na podstawie **art. 39** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm./.
2.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.2.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu (implanty tytanowe pod śruby, ortognatyka, trokary) dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
3.3. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej SIWZ „przedmiotem zamówienia”.
3.4. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
Główny kod CPV: 33141770-8 wyroby używane w przypadku złamań, śruby, płyty
3.5. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych.
3.6. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.
3.7. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
3.8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
3.9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 2 lata od daty zawarcia umowy.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5, pkt. 1 ustawy PZP:
5.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

5.3. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.

Informacje zawarte w złożonym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

6.1.2. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy przedłożyć wypełnioną specyfikację techniczną, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

6.1.3. Wypełniony formularz cenowy.

6.1.4. pełnomocnictwo - w oryginale.

6.1.5) dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 19.4.2 - 19.4.5).

6.1.6. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego do oferty należy przedłożyć katalogi potwierdzające posiadanie przez oferowany sprzęt, parametrów wymaganych przez Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku braku zamieszczenia w dostarczonym przez wykonawcę katalogu, informacji potwierdzających spełnienie przez oferowany sprzęt, wskazanych przez Zamawiającego parametrów wymaganych, wprowadza się wymóg dostarczenia oświadczenia producenta, w którym producent potwierdzi posiadanie przez oferowany sprzęt parametrów wymaganych przez Zamawiającego w w/w zakresie.

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. dotyczące podwykonawców.

6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.5.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp: nie dotyczy

6.5.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp:

a) Aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności lub zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186/ potwierdzające, że oferowane produkty są wyrobami medycznymi.

6.6. Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.6.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

6.6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

6.6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty).

6.6.4. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie również wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.

6.7. Podwykonawcy:

6.7.1. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 9).

6.8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1126 ze zm.).

6.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm./ W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w złożonej ofercie jednoznacznie i wyczerpująco źródła (adresu) bazy danych lub postępowania, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

6.11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty, umowy oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej SIWZ Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej.

7.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym że informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

7.3. Adres na jaki należy kierować wszelką korespondencję w sprawie postępowania to:

**Radomski Szpital Specjalistyczny
Sekcja Zamówień Publicznych
26-610 Radom ul. Lekarska 4
Fax.: 48 361-52-13
zampubl@rszs.regiony.pl**

7.4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

P. Anna Skwarczyńska - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - tel. 48 361-52-83

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

8.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

8.3. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

8.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium

lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

9.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale.

9.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.6. Oświadczenia Wykonawców, czy podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej

9.7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 9.4. zdanie 4.

9.8. Wymaga się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny być datowane i parafowane przez Wykonawcę.

9.9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.10. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 /" i dołączone do oferty, wymaga się aby były trwale, ale oddzielnie spięte. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 7). W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, są jawne na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych lub gdy wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone informacje.

9.11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

9.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.13. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, **nie później niż: do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 23.03.2020r.**

10.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

10.3. Pytania należy kierować na adres: **Radomski Szpital Specjalistyczny Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom ul. Lekarska 4 Fax.: 48 361-52-13 zampubl@rszs.regiony.pl**

10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

10.7. Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ **nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia** o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: <http://szpital.radom.pl/zamowienie/>

10.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem, o którym mowa w pkt. 10.1.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

11.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

11.3. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

11.4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

11.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

11.6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 309A /Sekcja Zamówień Publicznych/, III piętro **w terminie do 31.03.2020r., godz. 10:00.**

12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane „**P-12/2020 zakup i dostawa sprzętu (implanty tytanowe pod śruby, ortognatyka, trokary) dla potrzeb Oddziału**

Chirurgii Szczękowo Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, nie otwierać przed dniem 31.03.2020r. godz. 10:30.

12.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

12.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

13.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: **Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/ IV piętro w dniu 31.03.2020r. o godz. 10:30**

13.2. Otwarcie ofert jest jawne.

13.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie <http://szpital.radom.pl/zamowienie/> informacje dotyczące:

- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

14.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

L.p.	Kryterium oceny ofert	Waga kryterium
1.	Cena	60%
2.	Termin dostawy	40%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

14.1.1. Sposób oceny ofert:

1) OCENA OFERT W KRYTERIUM „CENA”:

a) Wartość punktowa dla kryterium „Cena” będzie wyliczana według wzoru

$$\text{Wartość punktowa} = C \text{ min} / C \text{ of} \times W \times 100$$

C min - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

C of - cena brutto oferty badanej

W - Waga ocenianego kryterium

- b) UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł) podana w pkt. 1 formularza oferty, z zastrzeżeniem pkt. 14.4.
- c) W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max. 60 punktów.

2) OCENA OFERT W KRYTERIUM TERMIN DOSTAWY:

- 1) Do oceny ofert w kryterium „termin dostawy” będzie brana pod uwagę wartość podana w pkt. 11, ppkt. 1 formularza oferty, przy czym maksymalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych (min. 3 dni robocze)
- 2) Zamawiający przyzna punktację w następujący sposób:
 - za zaoferowanie przez Wykonawcę maksymalnego terminu dostawy tj. 5 dni roboczych Zamawiający przyzna 0 pkt.,
 - za zaoferowanie przez Wykonawcę terminu dostawy tj. 4 dni roboczych Zamawiający przyzna 5 pkt.
 - za zaoferowanie przez Wykonawcę terminu dostawy tj. 3 dni roboczych Zamawiający przyzna 10 pkt.
- 3) Za dzień roboczy uważa się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp) w przypadku gdy:

- a) nie zostanie podany oferowany termin dostaw w formularzu oferty
 - b) w formularzu oferty (pkt. 11) zostanie podany krótszy termin niż minimalny wymagany
 - c) w formularzu oferty (pkt. 11) zostanie podany dłuższy termin niż maksymalny wymagany
 - d) w przypadku zaoferowania innych terminów niż określone w dniach roboczych.
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + TD$$

gdzie:

L - całkowita liczba punktów,

C - punkty uzyskane w kryterium „CENA”,

TD - punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”

14.2. Obliczenie będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

14.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty).

15.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

15.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.2. Wszelkie postanowienia umowy wraz z dopuszczalnymi zmianami umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Odwołanie

17.1 Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

17.2 Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust. 2 Prawo zamówień Publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego;
- 4) opisu przedmiotu zamówienia;
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. ustawy Pzp

17.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 17.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2. ustawy Pzp

17.9. Odwołanie wnosi się :

- w terminie **5 dni** od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie **10 dni** - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

17.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- **5 dni** od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

17.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.9 i 17.10 wnosi się:

- W terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

17.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

17.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Skarga do sądu

17.14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

17.16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

18. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

18.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

18.3. Zasada jawności, o której mowa w ust. 19.2. ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9, ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

18.4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.”;

18.5. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.6. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

18.7. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

18.8. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

18.9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

19.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie Wadium.

19.2. Zamawiający określa wadium w wysokości: **5.242,00 zł** /słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote, zero groszy/.

19.3. Wadium musi być wniesione **do dnia 31.03.2020 r. do godz. 10:00.**

19.4. Wadium można wnieść w następujących formach, w:

19.4.1. pieniądzu. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S. A. I o/Radom 30 1240 1789 1111 0000 0777 0652

19.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

19.4.3. gwarancjach bankowych,

19.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

19.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

19.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „**Wadium - P-12/2020**”.

19.6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

19.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone są w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 46 ustawy pzp.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu (implanty tytanowe pod śruby, ortognatyka, trokary) dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

L. p.	Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry wymagane	J. m.	Ilość
I. Implanty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm.			
1.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, proste, 6 otworowe.	szt.	12
2.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, proste, 8 otworowe.	szt.	10
3.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, proste, 16 otworowe.	szt.	8
4.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, w kształcie L, prawe i lewe, 5 otworowe.	szt.	12
5.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, w kształcie L, prawe i lewe, 6 otworowe.	szt.	8
6.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, w kształcie X, 6 otworowe.	szt.	5
7.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, w kształcie X, 7 otworowe.	szt.	5
8.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 6 otworowe.	szt.	12
9.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 8 otworowe.	szt.	8
10.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 0,9mm, dł. 2-10mm i średnicy 1,2 mm dł. 2-14 mm. Otwór w głowie śruby typu krzyżak.	szt.	589
II. Implanty tytanowe pod śruby 1,5 mm.			
11.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, prosta, 16 otworowa.	szt.	8
12.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, prosta, 4 otworowa, most 6 mm.	szt.	12
13.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, prosta, 4 otworowa, most 7,5 mm.	szt.	8
14.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, w kształcie X, z mostem 6 mm, 6 otworowa.	szt.	9
15.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, w kształcie L, z mostem 9 mm, kąt 90 stopni, 4 otworowa, prawa i lewa.	szt.	11
16.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 6 otworowe.	szt.	11
17.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 8 otworowe.	szt.	9

18.	Płytki dna oczodołu, pod śruby 1,5 mm, rozmiar 26x30 mm, grubość 0,35 - 12 otworowa oraz rozmiar 39x30 mm, 0,4 mm - 6 otworowa, mała.	szt.	3
19.	Płytki dna oczodołu, pod śruby 1,5 mm, rozmiar 31x36 mm, grubość 0,35 - 12 otworowa oraz rozmiar 46x36 mm, 0,4 mm - 6 otworowa, duża.	szt.	3
20.	Szablon do płyt dna oczodołu, mały i duży.	szt.	2
21.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,5 mm, dł. 3 -16 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby.	szt.	290
22.	Śruby tytanowe, samowierzące o średnicy 1,5 mm, długość 4-9 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby.	szt.	180
23.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,8 mm, dł. 5 -20 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby.	szt.	10
III. Implanty tytanowe pod śruby 2,0			
24.	Płyta tytanowa - 16 otworowa prosta-grubość 1,0 mm pod śruby 2,0 mm.	szt.	46
25.	Płyta tytanowa - 4 otworowa prosta-grubość 9 mm - grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	61
26.	Płyta tytanowa - 6 otworowa prosta-grubość 9 mm - grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	30
27.	Płyta tytanowa - 4 otworowa prosta z mostem 12 mm-grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	43
28.	Płyta tytanowa - 6 otworowa prosta z mostem 12 mm-grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	39
29.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie L, z mostem 12 mm, kąt 90 stopni, 4 otworowa, prawa i lewa.	szt.	37
30.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie X, z mostem 9 i 12 mm, 6 otworowa.	szt.	44
31.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 6 otworowe.	szt.	41
32.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 8 otworowe.	szt.	10
33.	Płyta tytanowa- 4 otworowa prosta z mostem 9 mm- grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	10
34.	Płyta tytanowa- 4 otworowa prosta z mostem 12 mm- grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	11
35.	Płyta tytanowa- 6 otworowa prosta z mostem 12 mm- grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	10
36.	Płyta tytanowa- 20 otworowa prosta, grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	55
37.	Płyta tytanowa, prosta z mostem i bez mostu 4 i 6 otworowa, grubości 1,0 mm pod śruby 2,0, 2,3, 2,5 mm, blokowana. Blokowanie trójpunktowe, bezgwintowe na docisk, ze zmiennym kątem wprowadzenia śruby +/- 15 stopni.	szt.	19
38.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie X, z mostem 9 i 12 mm, 6 otworowa.	szt.	10

39.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie L, z mostem 12 mm, 5 otworowa.	szt.	10
40.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie L, z mostem 15 mm, 6 otworowa.	szt.	10
41.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, do kłykcia żuchwy, trapezoidalne, 9 otworowe.	szt.	18
42.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, do kłykcia żuchwy, trapezoidalne, 4 otworowe, z 3 otworami kompresyjnymi.	szt.	18
43.	Płytki pod śruby 2,0 mm, do kości jarzmowej, kompresyjne, 4 otworowe, grubości 1,0 mm.	szt.	46
44.	Płytki pod śruby 2,0 mm, kompresyjne, 8 otworowe, grubości 1,0 mm, z mostem 6 mm.	szt.	10
45.	Płytki pod śruby 2,0 mm, kompresyjne, 8 otworowe, grubości 1,0 mm, z mostem 9 mm.	szt.	10
46.	Płytki pod śruby 2,0 mm, kompresyjne, 10 otworowe, grubości 1,0 mm, z mostem 12 mm.	szt.	10
47.	Śruba korowa tytanowa -średnicy 2,0 mm i długości 4-23mm, heksagonalny otwór w głowie śruby.	szt.	2175
48.	Śruba do stabilizacji międzyszczękowej IMF 2,0 mm, długość 8 mm, 11 mm i 14 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby, z kołnierzem naśluzówkowym i bez, pakowana po 2 szt w opakowaniu.	op.	25
49.	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,0 mm, dł 5-13 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby, bezgwintowa głowa śruby. Blokowanie trójpunktowe, bezgwintowe na docisk, ze zmiennym kątem wprowadzenia śruby +/- 15 stopni.	szt.	25
IV. Implanty tytanowe Reco. 2,5			
50.	Płyty tytanowe, pod śruby 2,5, kompresyjne, grubość 1,6 mm, proste, 16 otworowe.	szt.	6
51.	Płyty tytanowe, pod śruby 2,5, kompresyjne, grubość 1,6 mm, w kształcie łuku, 8 otworowe.	szt.	6
52.	Płyty tytanowe, pod śruby 2,5, kompresyjne, grubość 1,6 mm, w kształcie łuku, 8 otworowe, z mostem 18 mm.	szt.	12
53.	Płyty tytanowe, pod śruby 2,5, kompresyjne, grubość 1,6 mm, anatomicznie ukształtowana do kąta 120°, 6 otworowe.	szt.	12
54.	Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, pod śruby 2,5 mm, grubość 2,5 mm, grubość 2,5 mm, wygięta anatomicznie, lewe lub prawe strony, 17 (12+5) otworowe, otwory nagwintowane.	szt.	12
55.	Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, pod śruby 2,5 mm, grubość 2,5 mm, grubość 2,5 mm, wygięta anatomicznie, lewe lub prawe strony, 22 (17+5) otworowe, otwory nagwintowane.	szt.	6
56.	Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, pod śruby 2,5 mm, grubość 2,5 mm, grubość 2,5 mm, wygięta anatomicznie, 28 (5+18+5) otworowe, otwory nagwintowane.	szt.	6

57.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 2,5 mm, dł. 6-22 mm. Otwór w głowie śruby typu krzyżak.	szt.	125
58.	Śruby tytanowe, blokowane, o średnicy 2,5 mm, dł. 10-20 mm. Otwór w głowie śruby typu krzyżak.	szt.	125
59.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 2,8 mm, dł. 6-18 mm. Otwór w głowie śruby typu krzyżak.	szt.	54
V. Ortognatyka			
60.	Płyty tytanowe, pod śruby 1,5 mm, grubość 0,7 mm, w kształcie L, 4 otworowe, z mostem 5 mm, pakowane w klipsie.	szt.	30
61.	Płyty tytanowe, pod śruby 1,5 mm, grubość 0,7 mm, w kształcie Z, 6 otworowe, z mostem 5 mm, pakowane w klipsie.	szt.	20
62.	Płyty tytanowe, pod śruby 1,5 mm, grubość 0,7 mm, w kształcie L, 6 otworowe, z mostem 5 mm, pakowane w klipsie.	szt.	20
63.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,5 mm, dł. 3-16 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowane w klipsie.	szt.	300
64.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,8 mm, dł. 5 i 7 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowane w klipsie.	szt.	30
65.	Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, sagitalne (strzałkowe) zamknięte, z mostem (5 mm, 10 mm i 15 mm) 12x30 mm, grubość 0,8, 0,9 i 1,0 mm, 6 otworów, pakowane w klipsie.	szt.	30
66.	Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, bródkowa, z mostem (3 mm, 5mm i 7mm) grubość 0,6 mm, 6 otworów, pakowane w klipsie.	szt.	20
67.	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,0 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowane w klipsie.	szt.	250
68.	Śruba tytanowa, blokowana TriLock, średnica 2,0 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowana w klipsie.	szt.	20
69.	Śruba tytanowa, korowa ratunkowa, średnica 2,3 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowana w klipsie.	szt.	50
VI. Trokar pod śruby 2,0 mm			
70.	Rączka trokara	szt.	1
71.	Retraktor policzka zewnętrzny	szt.	1
72.	Retraktor policzka wewnętrzny	szt.	1
73.	Tuleja ochronna, średnica 4,5 mm	szt.	1
74.	Trokar do M-2620	szt.	1
75.	2.0-2,5 Prowadnica wiertła, centryczna	szt.	1
76.	Wiertło Ø 1,5x25 mm, L112 m, Dental	szt.	10
VII. Instrumentarium			
77.	Instrumentarium wliczone w cenę asortymentu. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrumentarium.		

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyrobami medycznymi.

Załącznik nr 2 do SIWZ**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

Adres*

Tel.*:

Adres poczty elektronicznej*

Regon*

NIP *

Nr fax.*, na który Zamawiający może przysyłać korespondencję:

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy - Pełnomocnika)

Radomski Szpital Specjalistyczny im dr. Tytusa Chałubińskiego
ul. Lekarska 4
26 - 610 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie **Radomskiego Szpitala Specjalistycznego** w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 euro na zakup i dostawę sprzętu (implanty tytanowe pod śruby, ortognatyka, trokary) dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szcękowo Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

za cenę: zł brutto, (słownie:), w tym stawka podatku VAT %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

3. Oświadczamy, że akceptujemy zapłatę należności przelewem w terminie do **60 dni** od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

4. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia: **do 2 lat od daty zawarcia umowy.**

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /jeżeli dotyczy/.

8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

9. **Zamówienie** zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale **podwykonawców***

I.p.	Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców
1	
..	

10. Wykonawca jest małym / średnim/ dużym przedsiębiorcą***11. Termin dostaw**

Oferujemy termin dostaw dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia (max 5 dni roboczych, min. 3 dni robocze)

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

(Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca skreśla pkt. 12 formularza oferty).

13. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną w zakresie RODO zamieszczoną jako Załącznik nr 7 do SIWZ

14. Oferta niniejsza zawiera kolejno ponumerowanych stron.

15. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

1. tel. e-mail

2. tel. e-mail

16. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1)

2)

3)

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

.....
.....**Oświadczenie Wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. zakup i dostawa sprzętu (implanty tytanowe pod śruby, ortognatyka, trokary) dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego P-12/2020 (nazwa postępowania), prowadzonego przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)***SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

zakup i dostawa sprzętu (implanty tytanowe pod śruby, ortognatyka, trokary) dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szcękowo Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

L. p.	Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry wymagane	Parametry oferowane
I. Implanty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm.		
1.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, proste, 6 otworowe.	
2.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, proste, 8 otworowe.	
3.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, proste, 16 otworowe.	
4.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, w kształcie L, prawe i lewe, 5 otworowe.	
5.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, w kształcie L, prawe i lewe, 6 otworowe.	
6.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, w kształcie X, 6 otworowe.	
7.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, w kształcie X, 7 otworowe.	
8.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 6 otworowe.	
9.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 8 otworowe.	

10.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 0,9mm, dł. 2-10mm i średnicy 1,2 mm dł. 2-14 mm. Otwór w głowie śruby typu krzyżak.	
II. Implanty tytanowe pod śruby 1,5 mm.		
11.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, prosta, 16 otworowa.	
12.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, prosta, 4 otworowa, most 6 mm.	
13.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, prosta, 4 otworowa, most 7,5 mm.	
14.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, w kształcie X, z mostem 6 mm, 6 otworowa.	
15.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, w kształcie L, z mostem 9 mm, kąt 90 stopni, 4 otworowa, prawa i lewa.	
16.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 6 otworowe.	
17.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 8 otworowe.	
18.	Płytki dna oczodołu, pod śruby 1,5 mm, rozmiar 26x30 mm, grubość 0,35 - 12 otworowa oraz rozmiar 39x30 mm, 0,4 mm - 6 otworowa, mała.	
19.	Płytki dna oczodołu, pod śruby 1,5 mm, rozmiar 31x36 mm, grubość 0,35 - 12 otworowa oraz rozmiar 46x36 mm, 0,4 mm - 6 otworowa, duża.	
20.	Szablon do płyt dna oczodołu, mały i duży.	
21.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,5 mm, dł. 3 -16 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby.	
22.	Śruby tytanowe, samowierzące o średnicy 1,5 mm, długość 4-9 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby.	

23.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,8 mm, dł. 5 -20 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby.	
III. Implanty tytanowe pod śruby 2,0		
24.	Płyta tytanowa - 16 otworowa prosta-grubość 1,0 mm pod śruby 2,0 mm.	
25.	Płyta tytanowa - 4 otworowa prosta-grubość 9 mm - grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	
26.	Płyta tytanowa - 6 otworowa prosta-grubość 9 mm - grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	
27.	Płyta tytanowa - 4 otworowa prosta z mostem 12 mm-grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	
28.	Płyta tytanowa - 6 otworowa prosta z mostem 12 mm-grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	
29.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie L, z mostem 12 mm, kąt 90 stopni, 4 otworowa, prawa i lewa.	
30.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie X, z mostem 9 i 12 mm, 6 otworowa.	
31.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, podczodołowe, w kształcie łuku, 6 otworowe.	
32.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, podczodołowe, w kształcie łuku, 8 otworowe.	
33.	Płyta tytanowa- 4 otworowa prosta z mostem 9 mm- grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	
34.	Płyta tytanowa- 4 otworowa prosta z mostem 12 mm- grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	
35.	Płyta tytanowa- 6 otworowa prosta z mostem 12 mm- grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	

36.	Płyta tytanowa- 20 otworowa prosta, grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	
37.	Płyta tytanowa, prosta z mostem i bez mostu 4 i 6 otworowa, grubości 1,0 mm pod śruby 2,0, 2,3, 2,5 mm, blokowana. Blokowanie trójpunktowe, bezgwintowe na docisk, ze zmiennym kątem wprowadzenia śruby +/- 15 stopni.	
38.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie X, z mostem 9 i 12 mm, 6 otworowa.	
39.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie L, z mostem 12 mm, 5 otworowa.	
40.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie L, z mostem 15 mm, 6 otworowa.	
41.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, do kłykcia żuchwy, trapezoidalne, 9 otworowe.	
42.	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, do kłykcia żuchwy, trapezoidalne, 4 otworowe, z 3 otworami kompresyjnymi.	
43.	Płytki pod śruby 2,0 mm, do kości jarzmowej, kompresyjne, 4 otworowe, grubości 1,0 mm.	
44.	Płytki pod śruby 2,0 mm, kompresyjne, 8 otworowe, grubości 1,0 mm, z mostem 6 mm.	
45.	Płytki pod śruby 2,0 mm, kompresyjne, 8 otworowe, grubości 1,0 mm, z mostem 9 mm.	
46.	Płytki pod śruby 2,0 mm, kompresyjne, 10 otworowe, grubości 1,0 mm, z mostem 12 mm.	
47.	Śruba korowa tytanowa -średnicy 2,0 mm i długości 4-23mm, heksagonalny otwór w głowie śruby.	
48.	Śruba do stabilizacji międzyszczękowej IMF 2,0 mm, długość 8 mm, 11 mm i 14 m, otwór heksagonalny w głowie śruby, z kołnierzem	

	naśluzówkowym i bez, pakowana po 2 szt w opakowaniu.	
49.	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,0 mm, dł 5-13 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby, bezgwintowa głowa śruby. Blokowanie trójpunktowe, bezgwintowe na docisk, ze zmiennym kątem wprowadzenia śruby +/- 15 stopni.	
IV. Implanty tytanowe Reco. 2,5		
50.	Płyty tytanowe, pod śruby 2,5, kompresyjne, grubość 1,6 mm, proste, 16 otworowe.	
51.	Płyty tytanowe, pod śruby 2,5, kompresyjne, grubość 1,6 mm, w kształcie łuku, 8 otworowe.	
52.	Płyty tytanowe, pod śruby 2,5, kompresyjne, grubość 1,6 mm, w kształcie łuku, 8 otworowe, z mostem 18 mm.	
53.	Płyty tytanowe, pod śruby 2,5, kompresyjne, grubość 1,6 mm, anatomicznie ukształtowana do kąta 120°, 6 otworowe.	
54.	Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, pod śruby 2,5 mm, grubość 2,5 mm, grubość 2,5 mm, wygięta anatomicznie, lewe lub prawe strony, 17 (12+5) otworowe, otwory nagwintowane.	
55.	Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, pod śruby 2,5 mm, grubość 2,5 mm, grubość 2,5 mm, wygięta anatomicznie, lewe lub prawe strony, 22 (17+5) otworowe, otwory nagwintowane.	
56.	Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, pod śruby 2,5 mm, grubość 2,5 mm, grubość 2,5 mm, wygięta anatomicznie, 28 (5+18+5) otworowe, otwory nagwintowane.	
57.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 2,5 mm, dł. 6-22 mm. Otwór w głowie śruby typu krzyżak.	
58.	Śruby tytanowe, blokowane, o średnicy 2,5 mm, dł. 10-20 mm. Otwór w głowie śruby typu krzyżak.	

59.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 2,8 mm, dł. 6-18 mm. Otwór w głowie śruby typu krzyżak.	
V. Ortognatyka		
60.	Płyty tytanowe, pod śruby 1,5 mm, grubość 0,7 mm, w kształcie L, 4 otworowe, z mostem 5 mm, pakowane w klipsie.	
61.	Płyty tytanowe, pod śruby 1,5 mm, grubość 0,7 mm, w kształcie Z, 6 otworowe, z mostem 5 mm, pakowane w klipsie.	
62.	Płyty tytanowe, pod śruby 1,5 mm, grubość 0,7 mm, w kształcie L, 6 otworowe, z mostem 5 mm, pakowane w klipsie.	
63.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,5 mm, dł. 3-16 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowane w klipsie.	
64.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,8 mm, dł. 5 i 7 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowane w klipsie.	
65.	Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, sagitalne (strzałkowe) zamknięte, z mostem (5 mm, 10 mm i 15 mm) 12x30 mm, grubość 0,8, 0,9 i 1,0 mm, 6 otworów, pakowane w klipsie.	
66.	Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, bródkowa, z mostem (3 mm, 5mm i 7mm) grubość 0,6 mm, 6 otworów, pakowane w klipsie.	
67.	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,0 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowane w klipsie.	
68.	Śruba tytanowa, blokowana TriLock, średnica 2,0 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowana w klipsie.	
69.	Śruba tytanowa, korowa ratunkowa, średnica 2,3 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowana w klipsie.	
VI. Trokar pod śruby 2,0 mm		
70.	Rączka trokara	

71.	Retraktor policzka zewnętrzny	
72.	Retraktor policzka wewnętrzny	
73.	Tuleja ochronna, średnica 4,5 mm	
74.	Trokar do M-2620	
75.	2.0-2,5 Prowadnica wiertła, centryczna	
76.	Wiertło Ø 1,5x25 mm, L112 m, Dental	
VII. Instrumentarium		
77	Instrumentarium wliczone w cenę asortymentu. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrumentarium.	

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyrobami medycznymi.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Zakup i dostawa sprzętu (implanty tytanowe pod śruby, ortognatyka, trokary) dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szcękowo Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

L.p.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Producent /Nr katalogowy produktu*	Cena jedn. netto za j.m. (PLN)	VAT [%]	Oferowana Wartość brutto (PLN)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Implanty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm							
1.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, proste, 6 otworowe.	szt.	12				
2.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, proste, 8 otworowe.	szt.	10				
3.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, proste, 16 otworowe.	szt.	8				
4.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, w kształcie L, prawe i lewe, 5 otworowe.	szt.	12				
5.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, w kształcie L, prawe i lewe, 6 otworowe.	szt.	8				
6.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, w kształcie X, 6 otworowe.	szt.	5				
7.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, w kształcie X, 7 otworowe.	szt.	5				
8.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, podczodołowe, w kształcie łuku, 6 otworowe.	szt.	12				
9.	Płyty tytanowe pod śruby 0,9/1,2 mm, grubość 0,5 mm, podczodołowe, w kształcie łuku, 8 otworowe.	szt.	8				
10.	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 0,9mm, dł. 2-10mm i średnicy 1,2 mm dł. 2-14 mm. Otwór w głowie śruby typu krzyżak.	szt.	589				
II. Implanty tytanowe pod śruby 1,5 mm.							
11.	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, prosta, 16 otworowa.	szt.	8				

12	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, prosta, 4 otworowa, most 6 mm.	szt.	12				
13	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, prosta, 4 otworowa, most 7,5 mm.	szt.	8				
14	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, w kształcie X, z mostem 6 mm, 6 otworowa.	szt.	9				
15	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, w kształcie L, z mostem 9 mm, kąt 90 stopni, 4 otworowa, prawa i lewa.	szt.	11				
16	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 6 otworowe.	szt.	11				
17	Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość 0,6 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 8 otworowe.	szt.	9				
18	Płytki dna oczodołu, pod śruby 1,5 mm, rozmiar 26x30 mm, grubość 0,35 - 12 otworowa oraz rozmiar 39x30 mm, 0,4 mm - 6 otworowa, mała.	szt.	3				
19	Płytki dna oczodołu, pod śruby 1,5 mm, rozmiar 31x36 mm, grubość 0,35 - 12 otworowa oraz rozmiar 46x36 mm, 0,4 mm - 6 otworowa, duża.	szt.	3				
20	Szablon do płyt dna oczodołu, mały i duży.	szt.	2				
21	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,5 mm, dł. 3 -16 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby.	szt.	290				
22	Śruby tytanowe, samowierzące o średnicy 1,5 mm, długość 4-9 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby.	szt.	180				
23	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,8 mm, dł. 5 -20 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby.	szt.	10				
III. Implanty tytanowe pod śruby 2,0							
24	Płyta tytanowa - 16 otworowa prosta-grubość 1,0 mm pod śruby 2,0 mm.	szt.	46				
25	Płyta tytanowa - 4 otworowa prosta-grubość 9 mm - grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	61				
26	Płyta tytanowa - 6 otworowa prosta-grubość 9 mm - grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	30				

27	Płyta tytanowa - 4 otworowa prosta z mostem 12 mm-grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	43				
28	Płyta tytanowa - 6 otworowa prosta z mostem 12 mm-grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	39				
29	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie L, z mostem 12 mm, kąt 90 stopni, 4 otworowa, prawa i lewa.	szt.	37				
30	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie X, z mostem 9 i 12 mm, 6 otworowa.	szt.	44				
31	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 6 otworowe.	szt.	41				
32	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, podoczodołowe, w kształcie łuku, 8 otworowe.	szt.	10				
33	Płyta tytanowa- 4 otworowa prosta z mostem 9 mm- grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	10				
34	Płyta tytanowa- 4 otworowa prosta z mostem 12 mm- grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	11				
35	Płyta tytanowa- 6 otworowa prosta z mostem 12 mm- grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	10				
36	Płyta tytanowa- 20 otworowa prosta, grubość 1,0 mm, pod śruby 2,0 mm.	szt.	55				
37	Płyta tytanowa, prosta z mostem i bez mostu 4 i 6 otworowa, grubości 1,0 mm pod śruby 2,0, 2,3, 2,5 mm, blokowana. Blokowanie trójpunktowe, bezgwintowe na docisk, ze zmiennym kątem wprowadzenia śruby +/- 15 stopni.	szt.	19				
38	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie X, z mostem 9 i 12 mm, 6 otworowa.	szt.	10				
39	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie L, z mostem 12 mm, 5 otworowa.	szt.	10				
40	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, w kształcie L, z mostem 15 mm, 6 otworowa.	szt.	10				
41	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, do kłykcia żuchwy, trapezoidalne, 9 otworowe.	szt.	18				

42	Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość 1,0 mm, do kłykcia żuchwy, trapezoidalne, 4 otworowe, z 3 otworami kompresyjnymi.	szt.	18				
43	Płytki pod śruby 2,0 mm, do kości jarzmowej, kompresyjne, 4 otworowe, grubości 1,0 mm.	szt.	46				
44	Płytki pod śruby 2,0 mm, kompresyjne, 8 otworowe, grubości 1,0 mm, z mostem 6 mm.	szt.	10				
45	Płytki pod śruby 2,0 mm, kompresyjne, 8 otworowe, grubości 1,0 mm, z mostem 9 mm.	szt.	10				
46	Płytki pod śruby 2,0 mm, kompresyjne, 10 otworowe, grubości 1,0 mm, z mostem 12 mm.	szt.	10				
47	Śruba korowa tytanowa -średnicy 2,0 mm i długości 4-23mm, heksagonalny otwór w głowie śruby.	szt.	2175				
48	Śruba do stabilizacji międzyszczękowej IMF 2,0 mm, długość 8 mm, 11 mm i 14 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby, z kołnierzem naśluzówkowym i bez, pakowana po 2 szt w opakowaniu.	op.	25				
49	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,0 mm, dł 5-13 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby, bezgwintowa głowa śruby. Blokowanie trójpunktowe, bezgwintowe na docisk, ze zmiennym kątem wprowadzenia śruby +/- 15 stopni.	szt.	25				
IV. Implanty tytanowe Reco. 2,5							
50	Płyty tytanowe, pod śruby 2,5, kompresyjne, grubość 1,6 mm, proste, 16 otworowe.	szt.	6				
51	Płyty tytanowe, pod śruby 2,5, kompresyjne, grubość 1,6 mm, w kształcie łuku, 8 otworowe.	szt.	6				
52	Płyty tytanowe, pod śruby 2,5, kompresyjne, grubość 1,6 mm, w kształcie łuku, 8 otworowe, z mostem 18 mm.	szt.	12				
53	Płyty tytanowe, pod śruby 2,5, kompresyjne, grubość 1,6 mm, anatomicznie ukształtowana do kąta 120°, 6 otworowe.	szt.	12				
54	Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, pod śruby 2,5 mm, grubość 2,5 mm, grubość 2,5 mm, wygięta anatomicznie, lewe lub prawe strony, 17 (12+5) otworowe, otwory nagwintowane.	szt.	12				

55	Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, pod śruby 2,5 mm, grubość 2,5 mm, grubość 2,5 mm, wygięta anatomicznie, lewe lub prawe strony, 22 (17+5) otworowe, otwory nagwintowane.	szt.	6				
56	Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, pod śruby 2,5 mm, grubość 2,5 mm, grubość 2,5 mm, wygięta anatomicznie, 28 (5+18+5) otworowe, otwory nagwintowane.	szt.	6				
57	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 2,5 mm, dł. 6-22 mm. Otwór w głowie śruby typu krzyżak.	szt.	125				
58	Śruby tytanowe, blokowane, o średnicy 2,5 mm, dł. 10-20 mm. Otwór w głowie śruby typu krzyżak.	szt.	125				
59	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 2,8 mm, dł. 6-18 mm. Otwór w głowie śruby typu krzyżak.	szt.	54				
V. Ortognatyka							
60	Płyty tytanowe, pod śruby 1,5 mm, grubość 0,7 mm, w kształcie L, 4 otworowe, z mostem 5 mm, pakowane w klipsie.	szt.	30				
61	Płyty tytanowe, pod śruby 1,5 mm, grubość 0,7 mm, w kształcie Z, 6 otworowe, z mostem 5 mm, pakowane w klipsie.	szt.	20				
62	Płyty tytanowe, pod śruby 1,5 mm, grubość 0,7 mm, w kształcie L, 6 otworowe, z mostem 5 mm, pakowane w klipsie.	szt.	20				
63	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,5 mm, dł. 3-16 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowane w klipsie.	szt.	300				
64	Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,8 mm, dł. 5 i 7 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowane w klipsie.	szt.	30				
65	Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, sagitalne (strzałkowe) zamknięte, z mostem (5 mm, 10 mm i 15 mm) 12x30 mm, grubość 0,8, 0,9 i 1,0 mm, 6 otworów, pakowane w klipsie.	szt.	30				
66	Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, bródkowa, z mostem (3 mm, 5mm i 7mm) grubość 0,6 mm, 6 otworów, pakowane w klipsie.	szt.	20				
67	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,0 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowane w klipsie.	szt.	250				

68	Śruba tytanowa, blokowana TriLock, średnica 2,0 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowana w klipsie.	szt.	20				
69	Śruba tytanowa, korowa ratunkowa, średnica 2,3 mm, heksagonalny otwór w głowie śruby, pakowana w klipsie.	szt.	50				
VI. Trokar pod śruby 2,0 mm							
70	Rączka trokara	szt.	1				
71	Retraktor policzka zewnętrzny	szt.	1				
72	Retraktor policzka wewnętrzny	szt.	1				
73	Tuleja ochronna, średnica 4,5 mm	szt.	1				
74	Trokar do M-2620	szt.	1				
75	2.0-2,5 Prowadnica wiertła, centryczna	szt.	1				
76	Wiertło Ø 1,5x25 mm, L112 m, Dental	szt.	10				
VII. Instrumentarium							
77	Instrumentarium wliczone w cenę asortymentu. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrumentarium.						
Razem							

Sposób obliczenia formularza cenowego:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za j.m. w PLN (kol. nr 6) oraz obliczyć oferowaną wartość brutto w PLN (kol. nr 8), która stanowi: iloczyn ilości na 2 lata (kol. nr 4) i ceny jednostkowej netto za j.m. w PLN (kol. nr 6) powiększonej o podatek VAT (wg stawki określonej w kolumnie nr 7).

Zamawiający dopuszcza, aby określone przez Wykonawcę ceny jednostkowe netto za j.m. w PLN (kol. nr 6) były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Natomiast oferowana wartość brutto w PLN (kol. nr 8) ma być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

UWAGA:

Oferowaną wartość brutto należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY /WZÓR/**Zakup i dostawa sprzętu (implanty tytanowe pod śruby, ortognatyka, trokary) dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**

Zawarta w dniu pomiędzy: **Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przy ulicy Lekarskiej 4**, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031259, reprezentowanym przez:

Marka Pacynę - Dyrektora

(zwanym dalej „Zamawiającym”)

a firmą, wpisaną do

, reprezentowaną przez :

1.

(zwaną dalej „Wykonawcą”)

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm./, o następującej treści:

§ 1.**Przedmiot umowy, okres obowiązywania**

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność towarów będących przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za ich dostarczenie.
2. Termin realizacji umowy: **2 lata od daty zawarcia umowy.**
3. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstępniem od umowy w całości lub w części.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przedmiotu umowy w danej części do wysokości 30% wartości określonej w umowie. Niewykorzystanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego na powyższych zasadach nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy. Z powyższego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.
5. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

§ 2.**Warunki dostawy**

1. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania towaru Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia towaru transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej i rozładować na swój koszt do Miejsca Dostawy w terminie do dnia roboczego, liczonego od daty otrzymania pisemnego zamówienia (za dzień roboczy uważa się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą towaru zobowiązuje się dostarczyć instrumentarium, w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania pisemnego zamówienia.

4. Zamówienia będą przesyłane do Wykonawcy faxem lub e-mailem. Nr fax, e-mail
5. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia nr tel. (48) 361-52-86.
6. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy jest nr tel.

§ 3.

Wydanie towaru, ubezpieczenie i transport

1. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.
3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towaru do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.
4. Do towaru Wykonawca dołączy fakturę lub rachunek lub dokument dostawy oraz ulotkę dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru. W przypadku dołączenia do towaru jedynie dokumentu dostawy Wykonawca zobowiązuje się wystawić i przesłać na adres Zamawiającego fakturę lub rachunek nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru.

§ 4.

Rękojnia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar w ramach umowy jest nowy i wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
2. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, nie później jednak niż w ciągu **7 dni roboczych** (za dzień roboczy uważa się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili zrealizowania dostawy.
3. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu **7 dni roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
4. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § w odniesieniu do gwarancji i rękojmi będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6.**Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) - nie dotyczy**

1. Wykonawca zleca, pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena umowna przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą, część czynności objętych umową Podwykonawcy:
a) Firmie..... z siedzibą NIP, nr konta bankowego
2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.
5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność wraz z gwarancją za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, elementy umowy, w tym w szczególności zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.
7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.
9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.
10. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz Podwykonawców z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku Wykonawcy.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez Podwykonawcę.

§ 7.**Wartość umowy, zapłata ceny**

1. Wartość umowy opiewa na kwotę **zł brutto** (słownie:) w tym stawka VAT% . Wartość netto zł, w tym:
2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych netto /powiększonych o podatek VAT/ określonych w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr do umowy.
3. Ceny jednostkowe netto towarów objętych niniejszą umową określone w załączniku nr(formularzu cenowym), będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy.

4. Zapłata ceny za dostarczenie towaru nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu **60 dni** od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w § 7 ust. 5, przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
7. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

§ 8.

Zmiana wierzyciela

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295/.

§ 9.

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru Zamawiający naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku niedostarczenia instrumentarium, w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy Zamawiający naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, przez którąkolwiek ze stron, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
5. W przypadku nie zachowania przez Wykonawcę terminu o którym mowa w §5 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 10.

Rozstrzygnięcie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.**Prawo właściwe, język, zmiany umowy**

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
 - 2) W przypadku niewykorzystania ilości określonych w umowie - możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy nie dłużej jednak niż o kolejne 2 lata, za zgodą obu stron.
 - 3) Dopuszcza się zmianę przedmiotu umowy, tj. zastąpienie przedmiotu umowy innym równoważnym produktem o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż wykazane w ofercie (z zastrzeżeniem, że cena tego produktu nie ulegnie podwyższeniu) pod warunkiem, iż spełnione zostaną parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ. Powyższa zmiana możliwa jest jedynie w przypadku:
 - a) definitywnego wycofania przedmiotu umowy z obrotu lub wykreślenia z rejestru wyrobów medycznych
 - b) zaprzestania wytwarzania przedmiotu umowy;
 - c) przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego pod względem technologicznym.
 - 4) Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do przesunięć asortymentowo - ilościowych w ramach danej części do 30% wartości danej pozycji przy zachowaniu cen umownych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr ... do umowy. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zwiększenia kwoty określonej w §4 ust. 1 umowy oraz nie wymagają aneksu do umowy, ale winny być udokumentowane na piśmie. Z powyższego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.
6. Zmiany dokonane z naruszeniem ust. 3, 4 oraz 5 niniejszego § są nieważne.

§ 12.**Egzemplarze umowy**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

Akceptuję pod względem finansowym:

.....
(Podpis Głównego Księgowego)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Załącznik nr 7 do SIWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanym dalej RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4
 - inspektor ochrony danych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego - dane kontaktowe: -telefon (48) 361-51-68, e-mail: iodo@rszs-radom.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanym dalej RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **Zakup i dostawa sprzętu (implanty tytanowe pod śruby, ortognatyka, trokary) dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego RSS/SZP/P-12/2020**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 tys. euro;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*