



RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr. Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, szpital.radom.pl
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

Sekcja Zamówień Publicznych
26-610 Radom, ul. Lekarska 4
tel. 48 361-52-83, 48 361-52-84, fax. 48 361-52-13
e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl

RSS/SZP/Z-14/2020

Radom, dnia 24.07.2020

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy zamówienia na: świadczenie usług eksploatacyjno - konserwacyjnych i naprawczych polegających na wykonywaniu czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym urządzeń i instalacji stacji uzdatniania wody w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w postępowaniu uproszczonym prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm./.

Zamawiający - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, przy ul. Lekarskiej 4, modyfikuje treść zapytania ofertowego tj. formularza cenowego, w którym błędnie podano ilość miesięcy.

W załączeniu poprawiony formularz cenowy, który jest obowiązujący.

DYREKTOR
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu

Marek Palcus
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

.....
 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY po zmianach z dnia 24.07.2020

Świadczenie usług eksploatacyjno - konserwacyjnych i naprawczych polegających na wykonywaniu czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym urządzeń i instalacji stacji uzdatniania wody w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Lp.	SUW objęte zakresem usługi	Kod placówki	J.m. (kpl.)	Cena ryczałtowa brutto za 1 m-c 1 SUW w PLN	Stawka VAT (w %)	Ilość miesięcy	Wartość ryczałtowa brutto za cały okres obowiązywania umowy w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	SUW 002 SUW-1000 Telmed (z odwr.osm) - Blok Operacyjny Chirurgiczny (1kpl.); 2009r Dla urządzenia : Autoklaw parowy Selectomat SL 636-1 Myjnia dezynfektor INNOVA M4 Dystrybucja wody do ręcznego mycia narzędzi	503-01-02	1			12	
2	SUW 003 SUW + filtr węgl.+zbiornik + odwr.osm. RO- Veolia OS3030 - O/gin-pok. dezynf. pom -1,22 ; 2009r. Dla urządzenia: Komora dezynfekcyjna DDA 7 Myjnia dezynfektor PG 8528	501-01-08 (70%) 501-01-16 (30%)	1			12	
3	SUW 004 SUW PURELAB Option-R 7/15 - Apteka Zakł.; 2007r. Produkcja wody dla celów laboratoryjnych w aptece	531-01-01	1			12	
4	SUW 005 Logix 255/764Tw, DUET, Twin M+S - kotłownia centralna; 2010r. uzdatnianie	532-01-06	1			12	

	wody dla instalacji CO								
5	SUW 007 SUW ESM15Cet - Pracownia Endoskopowa ; 2009r. Dla urządzeń: Myjnia do endoskopów giętkich DSD-201 Myjnia do endoskopów giętkich mini ETDZ Dystrybucja wody do ręcznego mycia narzędzi	503-01-15	1					12	
6	SUW 009 SUW SELECT-TRONIC B10 - O/Neurologii ; 2002r. Dla urządzeń : Myjnia dezynfektor DEKO 190 E	501-01-14	1					12	
7	SUW 010 SUW Junior Logix 740 - O/Ortopedyczny part. ; 2005r. Dla urządzeń : Myjnia dezynfektor KEN 735-OS-EGA	501-01-07	1					12	
8	SUW 011 SUW Junior Logix 740 - O/Dziecięcy ; 2006r. Dla urządzeń : Autoklaw parowy ASHE/APD	501-01-15	1					12	
9	SUW 012 SUW Euromat 25 SE-PL / sn:81163 - Blok Operacyjny Chir./maszynownia ; 2008r. dla instalacji CT	503-01-02	1					12	
10	SUW 013 SUW KEN A/S-TB16 - O/Ortopedyczny IIIp ; 2009r. Dla urządzeń : Myjnia dezynfektor KEN 736-0S	501-01-07	1					12	
11	SUW 015 SUW B10 - O/Zakaźny ; 2000r. Dla urządzeń : Myjnia dezynfektor DEKO 190 E	501-01-17	1					12	

12	SUW 016 SUW KEN TB16 - O/Chirurgii Naczyń ; 2009r. Dla urzędzenia : Myjnia dezynfektor KEN 736-05	501-01-03	1				12	
13	SUW 017 SUW FLECK 4600 MECH - O/Urologii ; 2007r. Dla urzędzenia : Myjnia dezynfektor KEN 736 0S EGA	501-01-06	1				12	
14	SUW 018 SUW RX63 - O/gin.-poł. węż. ciepłny -1,25 ; 2018r. dla instalacji CT	501-01-08 (70%) 501-01-16 (15%) 503-01-03 (15%)	1				12	
15	SUW 019 SUW zmiękcacz ESM15Cet - Blok O/gin.-poł. ; 2010r. Dla urzędzenia : Autoklaw parowy HS 33	503-01-03	1				12	
16	SUW 0020 SUW KEN TB24 - Blok O/gin.-poł. ; 2010r. Dla urzędzenia : Myjnia dezynfektor KEN 736-05	503-01-03	1				12	
17	SUW 021 SUW KEN TB24 - O/gin.-poł. (parter); 2010r. Dla urzędzenia : Myjnia dezynfektor KEN 736-0S	501-01-08	1				12	
18	SUW 022 SUW KEN TB24 - O/gin.-poł. (parter); 2010r. Dla urzędzenia : Myjnia dezynfektor KEN 736-0S	501-01-10	1				12	
19	SUW 023 SUW KEN TB24 - O/gin.-poł. (1-piętro); 2010r.	503-01-03	1				12	

	- niski parter 2020r. Dla urzędzenia : Sterylizator parowy Steelco VS 8/2 szt.2 Myjnia-dezynfektor Steelco DS. 6.10/2 2S szt.2 <u>Objęty gwarancją do 29.04.2023r.</u>								
27	SUW 032 Rezerwowe ujęcie wody + SUW KREVOX 2020r. - osobny budynek przy Laboratorium - <i>w zakresie kontroli parametrów wody i poprawności pracy automatyki</i> <u>Objęty gwarancją do 20.12.2025r.</u>	teren kompleksu RSzS ul.Tochtermiana	1				12		
RAZEM									

Uwaga: Ceny podane w formularzu nie uwzględniają kosztów materiału.
W formularzu cenowym należy podać cenę ryczałtową brutto za 1 m-c 1 SUW w PLN (kol. nr 5) oraz obliczyć wartość ryczałtową brutto za cały okres obowiązywania umowy w PLN (kol. nr 8), która stanowi iloczyn cenę ryczałtową brutto za 1 m-c 1 SUW w PLN (kol. nr 5) i ilości miesięcy (kol. nr 7). Zamawiający wymaga, aby określona przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto za 1 m-c 1 SUW w PLN (kol. nr 5) i wartość ryczałtowa brutto za cały okres obowiązywania umowy w PLN (kol. Nr 8) była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.
Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość ryczałtowa brutto za cały okres obowiązywania umowy w PLN - kolumna nr 8 powyższej tabeli.

..... dnia

.....
(Podpis Wykonawcy/Wykonawców)

